

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-004	40130001



INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

REV. 10-04-2014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : AMALGAMADOR

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): ODONTOLÓGIA

TIPOS DE PACIENTES : ADULTOS-NIÑOS.

DEFINICION FUNCIONAL

EQUIPO DEL SERVICIO DE ODONTOLÓGIA, QUE SE UTILIZA PARA LA MEZCLA DE LA LIMADURA DE PLATA Y MERCURIO DENTAL EN PROPORCIONES ADECUADAS, EVITANDO LOS RIESGOS BIOLÓGICOS DE EXPOSICIÓN AL MERCURIO Y REDUCIENDO TIEMPOS EN LA ELABORACIÓN DE LA AMALGAMA, CUENTA CON CONTROLES DE DOSIFICACION, Y TIEMPO EN SU OPERACIÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERAL

- A01 EQUIPO DE OPERACIÓN SILENCIOSA Y ESTABLE
- A02 DEPÓSITOS CON DOSIFICADOR; PARA LA LIMADURA DE PLATA Y PARA MERCURIO DENTAL
- A03 SISTEMA REGULADOR PARA PORCIONES DE LIMADURAS DE PLATA Y MERCURIO DENTAL
- A04 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL
- A05 TIEMPO DE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 60 seg
- A06 PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS DE MEZCLA
- A07 FRECUENCIA DE MEZCLA DE 2000 RPM O MAS
- A08 NIVEL DE RUIDO: MENOS DE 70 dB
- A09 DISEÑO ERGONÓMICO, DE PESO NO MAYOR DE 05 KILOS

B ACCESORIOS

- B01 KIT DE LIMPIEZA

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220VAC / 60Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

