

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
EB-011	40030002



REV 15-07-2015

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : ASPIRADOR DE SECRECIÓN PORTÁTIL

UNIDADES FUNCIONALES : EMERGENCIA - HOSPITALIZACIÓN

PACIENTES : ADULTOS / NIÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PORTÁTIL.
- A02 INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.
- A03 CON FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA.
- A04 SISTEMA DE VACÍO: CON PISTONES O DIAFRAGMA DE MEMBRANA.

PRESIÓN NEGATIVA

- A05 RANGO DE PRESIÓN: 0 A 560 mmHg O MÁS
- A06 PRESIÓN REGULABLE.

B COMPONENTES

BOMBA DE VACÍO

- B01 CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (a 1m.).
- B02 CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 20 L/min.

FRASCO RECOLECTOR

- B03 SISTEMA DE UNO O DOS FRASCOS CON CAPACIDAD TOTAL DE 2 L O MÁS.
- B04 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA INDELEBLE (DE POLISULFONA O POLICARBONATO)
- B05 ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
- B06 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO.

C ACCESORIOS

- C01 UN (01) FRASCO DE REPUESTO.
- C02 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO ADULTOS, DESCARTABLES.
- C03 CINCUENTA (50) CÁNULAS DE SUCCIÓN TAMAÑO PEDIÁTRICO, DESCARTABLES.
- C04 CINCUENTA (50) FILTROS HIDROFÓBICOS O BACTERICIDAS.

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- D01 220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

