

Código Abreviado	Código SAP	Denominación Completa	UM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CP-R	30107253	Estandar de referencia USP compuesto relacionado B de FDG	MG	<p>Composición: Estándar compuesto relacionado B de FDG.</p> <p>Características: Estandar de referencia para la determinación de impureza potencial del proceso de Síntesis de Fludesoxiglucosa F18.</p> <p>Uso: control de calidad del Radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa según metodología analítica USP vigente.</p>
CP-R	30107254	p - ANISIDINA	G	<p>Composición: P - Anisidina.</p> <p>Características: Reactivo para prueba de identificación Radioquímica del radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa</p> <p>Uso: Control de calidad del radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa según metodología analítica USP vigente.</p>
CP-R	30107255	Columna para HPLC L46	UN	<p>Composición: Poliestireno/divinilbenceno substrato aglomerado con amina cuaternaria funcionalizado con latex.</p> <p>Características: Accesorio para la determinación del compuesto relacionado B de FDG, como potencial contaminante en la síntesis del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa.</p> <p>Dimensiones: columna analítica de l = 4 mm x 25 cm, Φ = 10 μm</p> <p>Uso: control de calidad del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa de acuerdo a la USP vigente</p>
CP-R	30107256	Detector electroquímico con celda de pulso amperométrico para HPLC	UN	<p>Composición: Detector electroquímico con celda de pulso amperométrico para HPLC.</p> <p>Características: Accesorio para la determinación del compuesto relacionado B de FDG, como potencial contaminante en la síntesis del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa.</p> <p>Uso: control de calidad del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa de acuerdo a la vigente</p>
CP-R	30107257	Columna para CG	UN	<p>Composición: Columna de Silice fundida de 0.53 mm x 30 m recubierta con una fase estacionaria G16 químicamente reticulada de 0.25 μm.</p> <p>Características: Accesorio para la determinación de solventes residuales , como potenciales contaminantes en la síntesis del radiofármaco 18F- Fludesoxiglucosa.</p> <p>Uso: control de calidad del radiofármaco 18 F- Fludesoxiglucosa de acuerdo a la USP vigente</p>

