

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	CARACTERÍSTICAS
30107266	Kit solución calibradora para phmetro	UN	Centro de Producción de Radiofármacos	<p>PRESENTACIÓN: 03 frascos tampón buffer de pH 4.01/7/9.21 y 01 frasco de electrolitos KCl.</p> <p>CARACTERÍSTICA: Cada Kit contiene: 01 frasco tampón buffer pH 4.01 a 25°C, de 250 ml (exactitud ± 0.02 pH); 01 frasco tampón buffer pH 7 a 25°C, de 250 ml (exactitud ± 0.02 pH); 01 frasco tampón buffer pH 9.21 a 25°C, de 250 ml (exactitud ± 0.02 pH); y 01 frasco de electrolito de 3mol/L KCl, de 250 ml.</p> <p>Cada frasco en empaque herméticamente sellado.</p> <p>Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: No aplica.</p> <p>EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final. El kit debe ser compatible con el (los) equipo(s).</p> <p>USO: Para el control de calidad, verificación y calibración del pH en procedimientos de elaboración del radiofármaco 18F-Fludesoxiglucosa.</p>

