

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 40150005

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MÚLTIPLES

UNIDADES FUNCIONALES : MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN

PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

PARA USO EN TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO: ANALGESIA Y ELECTROESTIMULACIÓN MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ONDAS DE DIFERENTE FORMA, FRECUENCIA, INTENSIDAD Y DURACIÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

A01 DE MESA

A02 DOS (02) Ó MÁS CANALES DE SALIDA INDEPENDIENTES QUE PERMITAN EL TRATAMIENTO SIMULTÁNEO DE DOS O MÁS PACIENTES CON PATOLOGÍAS DIFERENTES

B COMPONENTES

PANEL

B01 PANTALLA LCD O LED, CON TAMAÑO DE 5.7" COMO MÍNIMO, PARA VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS SIGUIENTES: TIPO DE ONDA, INTENSIDAD DE CORRIENTE, TIEMPO DE TRATAMIENTO.

B02 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS INDEPENDIENTE EN CADA CANAL

B03 PESO DE LA UNIDAD NO MENOR A 3.1 KG

B04 CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PRE-PROGRAMADOS

CORRIENTES DE BAJA FRECUENCIA

B05 CORRIENTES DIADINÁMICAS (BERNARD): MF, DF, CP, LP

B06 CORRIENTE DE TRABERT

B07 CORRIENTES PULSÁTILES, DOS (02) O MÁS TIPOS DE ONDAS BIFÁSICAS SIMÉTRICAS O ASIMÉTRICAS (MODALIDAD TENS CONVENCIONAL O TENS BURST)

B08 CORRIENTE VMS o CORRIENTE PULSÁTIL RECTANGULAR

B09 CORRIENTE GALVÁNICA

B10 CORRIENTE HV (HIGH VOLTAGE): CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE

CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA

B11 CORRIENTE ALTERNA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (AC) o CORRIENTE RUSA (KOTZ)

B12 CORRIENTE INTERFERENCIAL

C ACCESORIOS

C01 OCHO (08) CABLES BIFILARES DE PACIENTE Y OCHO (08) CABLES BIFILARES DE PACIENTE ADICIONALES

C02 DIECISÉIS (16) ELECTRODOS AUTOADHESIVOS DE DIVERSOS TAMAÑOS

C03 UN (01) CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA

C04 UN (01) CARRO PORTAEQUIPO RODABLE, DEL MISMO FABRICANTE, PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO Y QUE GARANTICE LA FUNCIONALIDAD Y CONECTIVIDAD DEL MISMO

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

E01 BATERÍA(S) O PACK DE BATERÍAS INCORPORADA(S) PARA EL USO AUTÓNOMO DEL EQUIPO SIN NECESIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA

E02 CON BIBLIOTECA CLÍNICA O ENCICLOPEDIA TERAPÉUTICA



FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 40150005

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MÚLTIPLES

UNIDADES FUNCIONALES : MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN

PACIENTES : TODOS

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)

ISO 13485 : 2016 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)

ISO 9001 : 2015 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements)

NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente)

