

FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	MEZCLADOR PARA FARMACOTECNIA
	CÓDIGO SAP: 040050216
II. DEFINICIÓN	
II.1	Equipo destinado a laboratorios del area farmaceutica usados para agitar pequeños tubos, frascos de líquido y placas mediante un motor electrico de uso continuo.
III. APLICACIÓN	
III.1	Equipo utilizado en el area de farmacia. Este equipo está a disposición del personal profesional de farmacia
IV. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	
IV.1	Equipo constituido por un cuerpo pincipal con una cubierta de metal, una pantalla led que permita la visualización y una perilla o panel táctil de control.
V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
PARTES	
V.1	Un (01) cuerpo principal.
V.2	Una (01) pantalla LCD o LED de visualización.
V.3	Una (01) perilla o panel táctil de control.
ACCESORIOS	
V.4	Un (01) cable de alimentación.
V.5	Una (01) base para frasco.
V.6	Una (01) base para placa.
VI. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
VI.1	Equipo de sobremesa.
VI.2	Servicio continuo automatizado.
VI.3	Con plataforma para colocar placas con fármacos a mezclar.
VI.4	Velocidad máxima: 3000 rpm.
VI.5	Pantalla que indique los parámetros de velocidad y tiempo.
VI.6	Función de temporizador y/o cuenta regresiva.
VI.7	Peso máximo: 7 kg.
VI.8	220 V / 60 Hz (Tolerancia según el código nacional de electricidad).
VII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN	
VII.1	Ninguna.
VIII. NORMATIVA (FACULTATIVA)	
VIII.1	ISO 13485 : 2016 "Dispositivos médicos - sistemas de gestión de calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)
VIII.2	IEC 60601 - 1:2016 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos"
VIII.3	ISO 9001 : 2015 "Gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems -- Requirements)

