

FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	MICROMOTOR LABORATORIO DENTAL
	CODIGO SAP: 040130027
II. DEFINICIÓN	
II.1	Equipo complementario que permite pulir y realizar desbaste de prótesis y superficies dentales.
III. APLICACIÓN	
III.1	Equipo complementario utilizado en laboratorios de Odontología. Este equipo está a disposición del profesional de Odontología.
IV. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	
IV.1	Equipo complementario para cortar esquelético, retocar resina y cerámica en laboratorio dental.
V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
V.1	Una (01) unidad de control.
V.2	Una (01) pieza de mano de accionamiento eléctrico (micromotor incluido).
V.3	Un (01) soporte para pieza de mano.
V.4	Un (01) pedal.
VI. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
VI.1	Velocidad máxima no menor a 35000 RPM.
VI.2	Torque mayor igual a 2.5 N.cm.
VI.3	Sistema de control de velocidad mediante pedal.
VI.4	Rotación bidireccional.
VII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN	
VII.1	No requiere condiciones de preinstalación.
VIII. NORMATIVA (FACULTATIVA)	
VIII.1	ISO 13485:2016 "Dispositivos médicos - sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes).

