

FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	RESUCITADOR MANUAL ADULTO PEDIÁTRICO
	CODIGO SAP: 040030189
II. DEFINICIÓN	
II.1	Equipo usado para ventilar y para oxigenar los pacientes en práctica médica, proporcionando volumen de aire con enriquecimiento opcional de oxígeno a los pulmones del paciente.
III. APLICACIÓN	
III.1	Equipo utilizado en áreas asistenciales como emergencia, cuidados intensivos, quirófano, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud.
IV. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	
IV.1	El resucitador está constituido por una bolsa y un juego de válvulas (de paciente, PEEP y alivio); el mecanismo del resucitador manual en las condiciones normales es el siguiente, en el lado próximo (cerca del paciente), durante la inspiración, cuando se exprime la bolsa, el diafragma asentado contra los puertos de exhalación y la válvula se abre. Durante la expiración, la válvula se cierra y la aleta cae lejos del canal de la exhalación.
V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO	
V.1	UNA (01) BOLSA AUTOINFLABLE DE SILICONA DE 400 ml a 1000 ml.
V.2	UNA (01) VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE PACIENTE.
V.3	UNA (01) VÁLVULA PEEP.
V.4	UNA (01) VÁLVULA DE ALIVIO.
RESUCITADOR MANUAL ADULTO	
V.8	UNA (01) BOLSA AUTOINFLABLE DE SILICONA MAYOR A 1200 ml.
V.9	UNA (01) VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE PACIENTE.
V.10	UNA (01) VÁLVULA PEEP.
V.11	UNA (01) VÁLVULA DE ALIVIO.
INSUMOS	
V.12	DIEZ (10) BOLSAS DE RESERVORIO DE OXÍGENO, PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO.
V.6	DIEZ (10) LÍNEAS DE MUESTRA CON CONEXIÓN A BALÓN DE OXÍGENO, PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO.
V.7	DIEZ (10) O MÁS MASCARILLAS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, EN MEDIDAS 1,2 Y 3, PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO.
V.12	DIEZ (10) BOLSAS DE RESERVORIO DE OXÍGENO, PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO.
V.13	DIEZ (10) LÍNEAS DE MUESTRA CON CONEXIÓN A BALÓN DE OXÍGENO, PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO.
V.14	DIEZ (10) O MÁS MASCARILLAS PARA PACIENTE ADULTO, EN MEDIDAS 3,4 Y 5, PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO.
VI. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
VI.1	RESUCITADOR MANUAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, ESTERILIZABLE Y CON CAPACIDAD DE 400 ml A 1000 ml.
VI.2	RESUCITADOR MANUAL PARA PACIENTES ADULTOS, ESTERILIZABLE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 1200 ml.
VI.3	ESTERILIZABLE A 134 °C.
VII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN	
VII.1	NO APLICA.
VIII. NORMATIVA (FACULTATIVA)	
VIII.1	ISO 9001 : 2008 "Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos" (Quality management systems — Requirements) ISO 13485 : 2003 " Dispositivos médicos- sistemas de gestión de la calidad - Requisitos para fines reglamentarios" (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes)

