

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CÓDIGO SAP: 040110195****DENOMINACIÓN DEL EQUIPO** : OTOSCOPIO DIGITAL PARA TELEMEDICINA**UNIDADES FUNCIONALES** : CONSULTA EXTERNA - OTORRINO**PACIENTES** : TODOS**DEFINICIÓN FUNCIONAL**

DISPOSITIVO MÉDICO DIGITAL CON LUZ INCORPORADA PARA LA EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO AUDITIVO Y LA ZONA DEL TIMPANO, PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN Y REALIZAR LA CONECTIVIDAD A PC PARA LA ATENCIÓN A DISTANCIA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**A GENERALES**

- A01 DISPOSITIVO MÉDICO PORTATIL
- A02 BATERIA RECARGABLE INCORPORADA AL EQUIPO, CON AUTONOMIA MINIMA DE DOS (02) HORAS.
- A03 CONECTIVIDAD A PC: INALÁMBRICA (BLUETOOTH o WIFI) o CABLEADO (USB)
- A04 RESOLUCIÓN MINIMA DE 1280 x 1024
- A05 CON CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES (BMP o JPEG o PNG o TIFF) Y VIDEO (AVI o WMV o MOV o MP4)
- A06 CON ZOOM AJUSTABLE AUTOMÁTICO Y/O MANUAL
- A07 CON ILUMINACION LED AJUSTABLE
- A08 VELOCIDAD DE VIDEO: 30 fps COMO MÍNIMO.
- A09 CON SOFTWARE PARA USO EN PC, QUE PERMITA RECIBIR, VISUALIZAR Y GRABAR (IMÁGENES Y VIDEO).

B ACCESORIOS**PERIFÉRICOS / ADITAMENTOS**

- B01 UN (01) CARGADOR DE BATERÍA 220 VAC/DC COMPATIBLE CON EL EQUIPO.
- B03 UN (01) ESTUCHE PORTA EQUIPO.

INSUMOS / CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- B03 CIEN (100) ESPECULOS DESECHABLES TAMAÑO ADULTO
- B04 CIEN (100) ESPECULOS DESECHABLES TAMAÑO PEDIATRICO

22 ENE 2025**FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA**