



FICHA TÉCNICA

CODIGO SAP: 040110119

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): CONSULTA EXTERNA-OFTALMOLOGIA

PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

PARA VISUALIZACIÓN DEL FONDO OCULAR EN DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE PATOLOGÍAS RETINALES Y EN GENERAL VISUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS DEL GLOBO OCULAR

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 OFTALMOSCOPIO INDIRECTO DE USO PROFESIONAL (USO EXCLUSIVO EN CASCO CINTA CRANEAL)
- A02 EQUIPO DE USO INALÁMBRICO CON BATERIA RECARGABLE
- A03 CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DEL OPERADOR
- A04 CINTA CRANEAL ACOLCHADA, CASCO AJUSTABLE
- A05 APTO PARA TODA LA PUPILA
- A06 EQUIPO PROTEGIDO CONTRA POLVO (ÓPTICA DE ILUMINACIÓN Y OBSERVACIÓN)
- A07 PESO DEL OFTLAMOSCOPIO INDIRECTO (CASCO CINTA CRANEAL) MENOR O IGUAL A 600 g

B COMPONENTES

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- **B01** ILUMINACIÓN LED
- B02 CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN VARIABLE
- B03 TRES (03) TAMAÑOS DE APERTURA DE LUZ COMO MÍNIMO
- B04 DOS (02) TIPOS DE FILTRO COMO MÍNIMO. DEBE INCLUIR FILTRO LIBRE DE ROJO Y FILTRO AZUL COBALTO
- B05 TIEMPO DE VIDA DE LA LAMPARA LED: 10000 HORAS COMO MÍNIMO

CARGADOR DE BATERIA

- B06 UN (01) CARGADOR DE PARED (INCLUYE ELEMENTOS PARA SER ANCLADO EN PARED)
- B07 QUE PERMITA LA CARGA DE LA BATERÍA SIN NECESIDAD DE EXTRAERLA DEL EQUIPO
- B08 CON SISTEMA (INCORPORADO O EXTERNO) QUE PERMITA CARGAR UNA BATERIA ADICIONAL
- B09 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA EN TRABAJO CONTINUO: 5 HORAS COMO MÍNIMO

C ACCESORIOS

PERIFERICOS/ADITAMENTOS

- C01 UN (01) ESPEJO DE ENSEÑANZA COMO MÍNIMO
- CO2 DOS (02) DEPRESORES ESCLERALES COMO MÍNIMO, DE DIFERENTES TAMAÑOS
- C03 UN (01) MALETÍN PORTAEQUIPO DEL FABRICANTE
- C04 UN (01) JUEGO DE LUPAS PARA OFTALMOLOGÍA ASFERICA, CON AL MENOS DOS DIOPTRÍAS: 20D ± 2D Y 30D ± 2D (DIOPTRÍAS)
- C05 UN (01) ESTUCHE PARA GUARDAR LAS LUPAS O UN (01) ESTUCHE POR CADA LUPA

INSUMOS/CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- C06 UNA (01) LÁMPARA LED ADICIONAL
- C07 UNA (01) BATERIA RECARGABLE ADICIONAL
- D REQUERIMIENTO DE ENERGIA
- D01 220 V/ 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) PARA EL CARGADOR DE PARED



Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2025 12:37:57 -05:00 IETSI - ESSALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE FUALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICO

18 FEB 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA