

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040110071

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: NEFROSCOPIO
UNIDADES FUNCIONALES: UROLOGÍA
PACIENTES: ADULTOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO PARA ACCEDER EN FORMA PERCUTÁNEA AL SISTEMA RENAL (PELVIS Y CÁLCICES RENALES), DE MANERA MÍNIMAMENTE INVASIVA, PARA EL EXAMEN VISUAL, LA BIOPSIA, FRAGMENTACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS Y EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL INTERIOR DE LA UNIDAD RENAL. ESTOS SUELEN CONSTAR DE UNA VAINA EXTERIOR, UN SISTEMA ÓPTICO Y UN CANAL DE TRABAJO PARA CATÉTERES Y DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 TIPO PERCUTÁNEO CON OCULAR PARA VISIÓN PARALELA U OBLICUA.
- A02 CON CANAL PARA INSTRUMENTOS.
- A03 TELESCOPIO CON ÁNGULO DE VISIÓN MENOR O IGUAL A 30°.
- A04 CAMISETA PARA FLUJO CONTINUO.

B COMPONENTES

FIBRA ÓPTICA DE ILUMINACIÓN

- B01 CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA FUENTE DE LUZ FRÍA DE XENÓN O LED.
- B02 LONGITUD DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA: MAYOR O IGUAL A 180 cm.
- B03 DIÁMETRO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA: MENOR O IGUAL A 05 mm.

FUENTE DE LUZ FRÍA (Ver nota)

- B04 FUENTE DE LUZ DE XENÓN DE 300 W AL MENOS O LED EQUIVALENTE. (Ver Nota)
- B05 CON CONTROL DE ILUMINACIÓN VARIABLE. (Ver Nota)

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- C01 DOS (02) PINZAS DE AGARRE PARA FRAGMENTOS DE CÁLCULO.
- C02 UNA (01) PINZA DE AGARRE PARA FRAGMENTOS DE CÁLCULOS GRANDES (TIPO TRI-RADIADO).

INSUMOS/CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.

- C03 DOS (02) LÁMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRÍA DE XENÓN, PARA EL CASO DE FUENTE DE LUZ FRÍA LED, ESTAS SERÍAN OPCIONALES. (Ver Nota)

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- E01 UNA (01) PINZA TIPO MICROTIJERA.
- E02 UN (01) ADAPTADOR PARA CONECTAR LAS FIBRAS ÓPTICAS A LA FUENTE DE LUZ FRÍA, EN CASO DE SER NECESARIO.

Nota: Los usuarios determinarán esta característica según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento. En caso dispongan de fuente de luz fría adicional en el centro asistencial de destino, este requerimiento sería considerado opcional.