



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040050151

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CENTRÍFUGA DE PIE (1 LITRO O MAYOR)

UNIDADES FUNCIONALES : PATOLOGÍA CLÍNICA, HEMOTERAPIA, ANATOMÍA PATOLÓGICA.

PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMÉDICO, UTILIZADO PARA LA SEPARACIÓN DE SUERO/PLASMA DE LA MUESTRA SANGUÍNEA Y PROCESOS DE CENTRIFUGADO DE SEDIMENTO URINARIO Y LÍQUIDOS BIOLÓGICOS A TRAVÉS DE UN MOVIMIENTO CENTRÍFUGO A VELOCIDAD Y TIEMPO DETERMINADO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CENTRÍFUGA DE PIE RODANTE (RODABLE).
- A02 CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CENTRÍFUGA: MAYOR O IGUAL A 1 LITRO.
- A03 CÁMARA DE MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- A04 SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA DE LA TAPA
- A05 DETECCIÓN DE DESBALANCE EN EL ROTOR.
- A06 DETECCIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD.
- A07 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 70 dBA.
- A08 MOTOR SIN ESCOBILLAS O MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO

B COMPONENTES

CONTROL

- **B01** CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
- B02 PANEL DE CONTROL TIPO MEMBRANA O PANTALLA DIGITAL (LED, LCD U OLED) PARA LA PROGRAMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS.
- B03 DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE CÓDIGOS O MENSAJES DE ERROR O DE AUTODIAGNÓSTICO.
- **B04** PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS: VELOCIDAD Y TIEMPO.
- B05 PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES DE ACELERACIÓN Y FRENADO O DESACELERACIÓN.
- **B06** MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS.

PARÁMETROS

- B07 FUERZA CENTRÍFUGA RELATIVA (FCR) DEL ROTOR DE 3000 XG COMO MÍNIMO.
- B08 VELOCIDAD MÁXIMA DEL ROTOR NO MENOR A 3500 RPM.
- B09 TEMPORIZADOR REGULABLE DE 0 A 90 MINUTOS O MÁS.
- B10 CAPACIDAD PARA 72 TUBOS (DE 10 ml) O 48 TUBOS (DE 15 ml) COMO MÍNIMO EN ROTOR BASCULANTE (OSCILANTE).

VISUALIZACIÓN E INDICADORES

- B11 VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO.
- B12 INDICADOR O ALERTA DE TAPA ABIERTA.
- B13 INDICADOR O ALERTA DE DESBALANCE EN EL ROTOR.
- **B14** INDICADOR O ALERTA DE ROTOR EN MOVIMIENTO O INDICADOR DIGITAL DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD QUE PERMITA DETERMINAR QUE EL ROTOR ESTA EN MOVIMIENTO.

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- C01 UN (01) ROTOR BASCULANTE (OSCILANTE).
- CO2 UN (01) JUEGO COMPLETO DE BUCKET HERMÉTICAMENTE SELLADOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA (CON TAPA).
- C03 UNA (01) LLAVE PARA CAMBIO DE ROTOR, EN CASO LO REQUIERA.
- C04 UNA (01) HERRAMIENTA PARA DESBLOQUEO DE TAPA, EN CASO LO REQUIERA.



Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 23 04 2025 18:19:30 -05:00









FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040050151

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CENTRÍFUGA DE PIE (1 LITRO O MAYOR)

UNIDADES FUNCIONALES : PATOLOGÍA CLÍNICA, HEMOTERAPIA, ANATOMÍA PATOLÓGICA.

PACIENTES : TODOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

INSUMOS/CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

C05 UN (01) JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 5 mL, FONDO REDONDO.

C06 UN (01) JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 7mL, FONDO REDONDO.

C07 UN (01) JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 10mL, FONDO REDONDO.

C08 UN (01) JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 50mL, FONDO CÓNICO.

D REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

D01 220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

FsSalud

Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 23.04.2025 18:19:36 -05:00 IETSI - ESSALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

05 MAY 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA