

FICHA TÉCNICA

CODIGO SAP: 040050079

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: FLOTADOR DE TEJIDOS
UNIDADES FUNCIONALES: LABORATORIO - ANATOMIA PATALOGICO
PACIENTES: TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO DEDICADO PARA ESTIRAR Y ALISAR CORTES HISTOLÓGICOS INCLUIDOS EN PARAFINA OBTENIDOS MEDIANTE MICROTOMO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PREPARADOS HISTOLOGICOS Y SU POSTERIOR LECTURA MICROSCÓPICA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 BAÑO DE FLOTACION PARA CORTES DE TEJIDOS EN PARAFINA
- A02 CAMARA INTERIOR DE COLOR NEGRO O GRIS, CON O SIN ILUMINACION LED (ANTIRREFLEJO)
- A03 PRECISIÓN: ± 2 °C O MENOR VALOR NUMERICO
- A04 RESERVORIO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO ANODIZADO.
- A05 VOLUMEN: MAYOR O IGUAL A 1 L

B COMPONENTES

SISTEMA DE CONTROL

- B01 DISPLAY PARA VISUALIZAR COMO MINIMO EL PARAMETRO DE TEMPERATURA
- B02 CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR
- B03 CON SISTEMA DE ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO
- B04 CON SENSOR DE TEMPERATURA
- B05 TEMPERATURA CONFIGURABLE HASTA 60 °C COMO MINIMO

BANDEJA

- B06 RECIPIENTE EXTRAIBLE DE VIDRIO U OTRO MATERIAL RESISTENTE AL CALOR Y AGENTES QUIMICOS

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).