

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040090174

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CAMA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL

UNIDAD FUNCIONAL : CENTRO OBSTETRICO

PACIENTES : GESTANTES

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMÉDICO DE DISEÑO ERGONÓMICO, CON ACCIONAMIENTO POR SISTEMA ELÉCTRICO MOTORIZADO, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PARTO EN LOS PERIODOS DE DILATACIÓN, EXPULSIVO Y PUERPERIO, QUE PERMITE MANTENER A LA GESTANTE EN CUALQUIER PERIODO DEL PARTO SIN TENER QUE CAMBIARLA DE CAMA; PERMITIÉNDOLE ADOPTAR MÚLTIPLES POSICIONES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CAMA RODABLE.
- A02 CON CABECERA DESMONTABLE O ABATIBLE.
- A03 ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO Y MOTORIZADO.
- A04 BARANDAS O BARRAS LATERALES PLEGABLES O RECLINABLES.
- A05 PANEL(ES) DE CONTROL DEL PACIENTE EN LAS BARANDAS O BARRAS LATERALES, PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA CAMA, INCLINACIÓN DEL ASIENTO, INCLINACION DEL RESPALDO Y LLAMADA DE ALERTA COMO MÍNMO.
- A06 PANEL(ES) DE CONTROL DEL CUIDADOR EN LAS BARANDAS O BARRAS LATERALES, PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA CAMA, INCLINACIÓN DEL ASIENTO, INCLINACION DEL RESPALDO Y TRENDELEMBURG COMO MÍNMO.
- A07 PLACA O SECCIÓN APOYA PIERNAS (O APOYA PIES) DESLIZABLE BAJO EL ASIENTO O DESMONTABLE.
- A08 ANCHO DE LA CAMA: ENTRE 90 Y 105 cm.
- A09 LONGITUD TOTAL DE LA CAMA: ENTRE 200 Y 240 cm.
- A10 CARGA DE TRABAJO (SEGURIDAD) DE 150 Kg.O MAS.
- A11 APTO PARA COLOCAR PORTASUEROS (SIN INTERRUMPIR LA FUNCIONALIDAD DE LAS BARANDAS).
- A12 GRADO DE PROTECCIÓN IPX4 O SUPERIOR.

POSICIONES DE LA GESTANTE

- A13 POSICIÓN GINECOLÓGICA (LITOTOMÍA).
- A14 POSICIÓN SENTADA O SEMISENTADA (USO CON ASAS O PALANCAS DE AGARRE).
- A15 POSICIÓN VERTICAL (USO CON BARRA O AGARRADERA EN LA BASE).
- A16 POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

B COMPONENTES

PLATAFORMA

- B01 POSICIÓN (ALTURA) MAS ALTA DE LA CAMA: 80 cm O MAS.
- B02 POSICIÓN (ALTURA) MAS BAJA DE LA CAMA: 58 cm O MENOS.
- B03 INCLINACIÓN DE LA SECCIÓN DE CABEZA DE 60° O MAS.
- B04 INCLINACIÓN DEL ASIENTO DE 4° COMO MINIMO.
- B05 TRENDELEMBURG DE 8° COMO MÍNIMO.

RUEDAS

- B06 DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 15 cm.
- B07 CON SISTEMA DE FRENOS DE COMANDO CENTRAL O FRENOS EN CADA RUEDA.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040090174

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : CAMA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL

UNIDAD FUNCIONAL : CENTRO OBSTETRICO

PACIENTES : GESTANTES

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- C01** JUEGO COMPLETO DE COLCHÓN O COLCHONETA CON CUBIERTA IMPERMEABLE.
- C02** PORTA PIERNA ACOLCHADA, CON CORREA DE FIJACIÓN, CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA (UN PAR) Y APOYA PIE (UN PAR).
- C03** UNA (01) CUBETA O DEPOSITO PARA FLUIDOS (UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAMA).
- C04** DOS (02) ASAS O PALANCAS DE AGARRE LATERALES.
- C05** UNA (01) BARRA O AGARRADERA DE PARTO.
- C06** DOS (02) PORTASUEROS TELESCÓPICOS (SIN INTERRUMPIR LA FUNCIONALIDAD DE LAS BARANDAS) REGULABLES.
- C07** CONTROL REMOTO O PEDAL (ALÁMBRICO O INALÁMBRICO), PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTOS: ALTURA, RESPALDAR Y ASIENTO COMO MÍNIMO).

D REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

- D01** 220VAC/60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).
- D01** BATERÍA(S) DE RESPALDO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- E01** LUZ DE NOCHE (PARA ILUMINAR EL ÁREA ALREDEDOR DE LA CAMA).
- E02** CON PARACHOQUES.



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.05.2025 15:54:51 -05:00

