

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: FRONTOLUZ ELÉCTRICO

CODIGO SAP: 040110019

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

HOSPITALIZACIÓN, RECUPERACIÓN, CIRUGÍA, CUIDADOS INTENSIVOS ENTRE OTRAS ÁREAS.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

ES UN DISPOSITIVO ELECTROMECÁNICO, QUE SE USA COMÚNMENTE PARA FACILITAR LA VISUALIZACIÓN EN ÁREAS ESPECÍFICAS DURANTE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y TRATAMIENTO, MEJORANDO LA ILUMINACIÓN. EL CUAL SE BASA EN UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DIRECCIONAL Y QUE PERMITE TENER MANOS LIBRES AL SER COLOCADO, Y FIJADO, EN LA CABEZA DEL ESPECIALISTA. CON UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO QUE PERMITE EL DIRECCIONAMIENTO Y SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES

I.1	UNA (01) CINTA DE CABEZAL AJUSTABLE ACOLCHADO
I.2	SISTEMA DE ENCENDIDO CON REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA
I.3	AUTONOMÍA DE LA BATERÍA EN TRABAJO CONTINUO: 5 HORAS COMO MÍNIMO
I.4	PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUYENDO LA BATERIA, SI ES QUE SE UBICA EN LA CINTA DE CABEZAL): 500 g o menor

II COMPONENTES

CABEZAL DE ILUMINACIÓN

II.1	UN (01) CABEZAL DE ILUMINACIÓN
II.2	DE POSICIÓN AJUSTABLE
II.3	CON DIAFRAGMA IRIS REGULABLE

LÁMPARA DE ILUMINACIÓN

II.4	ILUMINACIÓN LED
II.5	DE 20,000 HORAS DE TIEMPO DE VIDA O MÁS
II.6	LUZ BLANCA CON TEMPERATURA DE COLOR ENTRE 4300 °K Y 6300 °K

III ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

III.1	UN (01) MALETÍN DE TRANSPORTE PARA EL FRONTOLUZ
-------	---

INSUMOS/CONSUMIBLES

Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.

III.2	UNA (01) LÁMPARA DE ILUMINACIÓN PRINCIPAL
-------	---

IV REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

IV.1	DOS (02) FUENTES DE ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍAS RECARGABLES (UNA PRINCIPAL Y OTRA DE REPUESTO), CON CARGADOR 220 VAC, 60 Hz
------	--



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.05.2025 11:30:38 -05:00

