

| <b>FICHA TÉCNICA</b>   |  |
|--|--|
| <b>DENOMINACIÓN: RESUCITADOR MANUAL ADULTO</b>   |  |
| <b>CÓDIGO SAP: 40030076</b>  |  |
| <b>UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)</b>  |  |
| Equipo utilizado en áreas asistenciales como emergencia, cuidados intensivos, quirófano, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud. |  |
| <b>DEFINICIÓN FUNCIONAL</b>  |  |
| Equipo utilizado para proveer soporte ventilatorio en forma manual para optimizar la ventilación y la oxigenación.   |  |
| <b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b>   |  |
| <b>I</b>   | <b>GENERALES</b>   |
| I.1  | Un (01) Resucitador manual adulto  |
| <b>II</b>  | <b>COMPONENTES</b>   |
| II.1   | Una (01) Bolsa de silicona, con capacidad mínima de 1200 ml.   |
| II.2   | Dos (02) válvula de paciente tipo unidireccional o tipo pico de pato.  |
| II.3   | Dos (02) válvula PEEP ajustable o fija para paciente adulto.   |
| II.4   | Dos (02) válvula de alivio con una presión máxima de apertura 60 cmH2O.  |
| II.5   | Seis (06) o más mascarillas de silicona para paciente adulto completamente transparente, tallas consideradas (3, 4 y 5).           |
| II.6   | Esterilizable por vapor a 134°C  |
| <b>III</b>   | <b>ACCESORIOS</b>  |
| <b>PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS</b>   |  |
| III.1  | Un (01) estuche o maletín de transporte, para guardar ordenadamente todos los componentes mencionados en los literales anteriores. |
| <b>INSUMOS/CONSUMIBLES</b>   |  |
| Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.  |  |
| III.2  | Diez (10) Tubos de conexión al balón de oxígeno desechables, con longitud mínima de 2m.  |
| III.3  | Diez (10) Bolsas de reservorio de oxígeno desechables; capacidad mínima de 1500 ml.  |
| <b>IV</b>  | <b>REQUERIMIENTO DE ENERGÍA</b>  |
| IV.1   | No presenta  |