

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN: RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	
CÓDIGO SAP: 40030077	
UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)	
Equipo utilizado en áreas asistenciales como neonatología, emergencia, cuidados intensivos, quirófano, entre otras áreas del tipo neonatal. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud.	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
Dispositivo usado para ventilar y para oxigenar los pacientes en práctica médica, proporcionando volumen de aire con enriquecimiento opcional de oxígeno a los pulmones del paciente.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
I	GENERALES
I.1	Un (01) Resucitador manual neonatal
II	COMPONENTES
II.1	Una (01) Bolsa de silicona, con capacidad máxima de 400 ml.
II.2	Dos (02) válvula de paciente tipo unidireccional o tipo pico de pato
II.3	Dos (02) válvula PEEP ajustable o fija, reutilizable.
II.4	Dos (02) válvula de alivio con una presión máxima de apertura 45 cmH2O.
II.5	Seis (06) o más mascarillas de silicona para paciente neonatal completamente transparente, reutilizables; tallas consideradas (000,00, 0 y 1).
II.6	Esterilizable por vapor a 134°C
III	ACCESORIOS
PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS	
III.1	Un (01) estuche o maletín de transporte, para guardar ordenadamente todos los componentes mencionados en los literales anteriores.
INSUMOS/CONSUMIBLES	
	Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.
III.2	Diez (10) manómetros de presión descartables, con rango de 0 a 60 cmH2O y pasos de 10 cmH2O.
III.3	Diez (10) tubos corrugados de reservorio de oxígeno desechables.
III.4	Diez (10) Bolsas de reservorio de oxígeno desechables; capacidad máxima de 1000 ml.
III.5	Diez (10) Tubos de conexión al balón de oxígeno desechables, con longitud mínima de 2 m.
IV	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
IV.1	No presenta



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.05.2025 17:12:39 -05:00

