

HC-30	30105038	HLA-B27 detección genómica	PBA	III	<p>PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de alta resolución de HLA B27 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos o Secuenciamiento Genético</p> <p>ACCESORIOS: Control Interno, Diluyente de Muestra, Material de Impresión de Resultados, Complementos, y Otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipos de este Petitorio.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre anticoagulada.</p>
HC-31	30101932	HLA-B27 Placa para microlinfocitotoxicidad con cubierta	UN	III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivos con Anticuerpos Monoclonales en Placa para microlinfocitotoxicidad mediada por complemento con tapa para la determinación de HLA B-27 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Tipificación Serológica por Microlinfocitotoxicidad.</p> <p>ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios según la Metodología que permita la realización completa de la prueba.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre anticoagulada.</p>
HC-32	30104005	HLA-DR DQ Genómico de Alta Resolución	PBA	III	<p style="text-align: center;"><b>EXCLUIDO</b></p> <p>PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de Alta Resolución de HLA Clase II (DR, DQ) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Primer Secuencia Específica (SSP), o Secuenciamiento Genético ó SSO de Alta Definición</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Material de Impresión de Resultados, Complementos, y Otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipos de este Petitorio.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre anticoagulada.</p>
HC-33	30104006	HLA-DR DQ Genómico de Baja Resolución	PBA	III	<p>PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de Baja Resolución de HLA Clase II (DR, DQ opcional DP) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGIA: Oligonucleótido Secuencia Específica. (SSO) o Secuenciamiento Genético</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Material de Impresión de Resultados, Complementos, y Otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>EQUIPO: El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipos de este Petitorio.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre anticoagulada.</p>



000156