

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30102618	<b>Test de Proteína C Reactiva Látex</b>	PBA	I-III	<p><b>PRESENTACIÓN:</b> Reactivos para la determinación de Proteína C Reactiva cualitativa y semicuantitativa (o por titulación), en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p><b>METODOLOGÍA:</b> Aglutinación en látex.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Insumos, controles, complementos y otros de acuerdo a la metodología que permitan la realización completa de la prueba. Debe incluir un manual de instrucciones de procedimiento e interpretación de la prueba en español.</p> <p><b>MUESTRA BIOLÓGICA:</b> Suero.</p>



Firmado digitalmente por  
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther  
FAU 20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.05.2025 19:02:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Doy visto bueno.  
Fecha: 09.05.2025 19:19:13-0500

