

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30107287	Kit de Detección de mutación BRCA1 y BRCA2	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Kit o panel para la detección de mutaciones somáticas y de línea germinal en las regiones exónicas y las secuencias intrónicas flaqueantes de los genes BRCA1 y BRCA2. Para preparación de librería compatible con plataformas de secuenciación de nueva generación (NGS). Tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Secuenciación de próxima Generación (NGS)</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, controles, Complementos y Accesorios de acuerdo a la metodología, que permita la realización completa de la prueba. Material de impresión de resultado.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: ADN extraído de muestras de sangre o de tejido fijado con formol e incluido en parafina (FFPE)</p> <p>EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p>



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.05.2025 17:16:47 -05:00



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 19.05.2025 11:27:23-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

21 MAY 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA