

FICHA TECNICA
CÓDIGO SAP: 40050002
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : BANCO DE SANGRE TIPO DE PACIENTES : TODOS
DEFINICIÓN FUNCIONAL
EQUIPO BIOMÉDICO, UTILIZADO PARA MANTENER HOMOGENIZADO LA SUSPENSIÓN DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CON EL ANTICOAGULANTE A TRAVÉS DE UN MOVIMIENTO CONTINUO DE LAS BOLSAS DE SANGRE
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
<p>A GENERALES</p> <p>A01 EQUIPO PORTÁTIL DE SOBREMESA</p> <p>A02 FUNCIONES MINIMAS DE: MONITOREO DEL FLUJO DE SANGRE, PROGRAMACIÓN DEL PESO O VOLUMEN DE SANGRE A COLECTAR, TARA AUTOMÁTICO.</p> <p>A03 DOS PROGRAMAS DE VOLUMEN DE DONACIÓN COMO MÍNIMO</p> <p>A04 PRECISIÓN O APROXIMACIÓN DE LA MEDIDA: 3ml O MENOR</p> <p>A05 MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DONACIÓN CON CIENTO (100) REGISTROS COMO MÍNIMO</p> <p>A06 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN, INCLUYE SOFTWARE DE COMUNICACIÓN</p> <p>A07 CON CLAMP AUTOMÁTICO</p> <p>A08 ALARMA DE ANORMALIDAD EN EL FLUJO DE SANGRE</p> <p>A09 ALARMA O INDICADOR DE BATERÍA BAJA</p> <p>B COMPONENTES</p> <p>B01 PANTALLA LCD (IPS O TFT O LED) U OLED PARA LA VISUALIZACIÓN DEL PESO O VOLUMEN DE SANGRE COLECTADO</p> <p>B02 UN (01) LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS</p> <p>B03 UNA (01) BANDEJA O PLATAFORMA HORIZONTAL</p> <p>C ACCESORIOS</p> <p>PERIFERICOS/ADITAMENTOS</p> <p>C01 UN (01) CABLE DE ALIMENTACIÓN</p> <p>D REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA</p> <p>D01 220V/60Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)</p> <p>D02 BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S) CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 8 HORAS</p>



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.05.2025 17:20:41 -05:00



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 02.06.2025 18:11:44-0500

