

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040050116

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : BILIRRUBINOMETRO

UNIDAD FUNCIONAL : NEONATOLOGIA

PACIENTES : NEONATOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO NO INVASIVO QUE UTILIZA LA VIA TRANSCUTANEA PARA LA MEDICION DE LOS NIVELES DE BILIRRUBINA EN NEONATOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 EQUIPO PORTATIL.
- A02 FUENTE DE LUZ: LAMPARA DE XENÓN O LED.
- A03 METODO DE ABSORCION DE LUZ (A DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA).
- A04 PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL.
- A05 RANGO DE MEDIDA: 0 A 20 mg/dl ó MAYOR.
- A06 PRECISION: +/- 1.5 mg/dl ó MENOS.

B ACCESORIOS

- B01 CINCUENTA (50) PUNTAS DE CALIBRACION O KIT DE CALIBRACION (SI EL EQUIPO LO REQUIERE POR DISEÑO DE FABRICA)
- B02 UN (01) MALETIN DE TRANSPORTE.
- B03 UNA (01) BATERIA RECARGABLE ADICIONAL.

C REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

- C01 FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE.
- C02 CARGADOR DE BATERIA A 220 V/60 Hz.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- D01 PUERTO DE INTERFACE CON CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS.
- D02 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (PARA IDENTIFICACION DEL NEONATO).