

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040130003

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): ODONTOLOGÍA
PACIENTES: ADULTOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO GENERADOR DE ENERGÍA ULTRASÓNICA PARA PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE LA PLACA DENTAL (SARRO) Y DESTARTARIZACIÓN EN LA ZONA GINGIVAL Y SUBGINGIVAL, MEDIANTE VIBRACIÓN E IRRIGACIÓN, CON PUNTAS DE TRATAMIENTO INTERCAMBIABLES Y SISTEMAS DE CONTROL DE POTENCIA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 EQUIPO DE SOBREMESA
- A02 ESTRUCTURA ELABORADA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA
- A03 CUBIERTA EXTERIOR SIN JUNTAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- A04 FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 25 Y 32 kHz O RANGO MAS AMPLIO
- A05 BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
- A06 VÁLVULA REGULADORA O CONTROL DE IRRIGACIÓN DE AGUA
- A07 PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL NO MAYOR DE 2 kg
- A08 SOPORTE PARA PIEZA DE MANO
- A09 PRESIÓN DE AGUA: 0,01 A 0,5 MPa

B COMPONENTES

SISTEMA DE CONTROL

- B01 VISUALIZACIÓN DE NIVEL DE POTENCIA Y MODO DE TRABAJO COMO MINIMO
- B02 CONTROL DE AJUSTE DE NIVEL DE POTENCIA, SELECTOR DE POTENCIA DE HASTA DIEZ (10) NIVELES O MÁS

PIEZA DE MANO

- B03 PIEZA DE MANO AUTOCLAVABLE, DE CERAMICO PIEZOELÉCTRICO, CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE PUNTAS REMOVIBLE
- B04 PIEZA DE MANO DESMONTABLE CON LUZ LED INTEGRADA

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- C01 UNA (1) LLAVE O HERRAMIENTA PARA CAMBIAR LAS PUNTAS
- C02 UN (1) PEDAL DE CONTROL
- C03 UNA (1) FUENTE DE ALIMENTACION
- C04 UNA (1) MANGUERA DE AGUA
- C05 UNA (1) PIEZA DE MANO DESMONTABLE CON LUZ LED
- C06 DOS (02) PUNTAS AUTOCLAVABLES ANATOMICAS PARA TRATAMIENTO DE SARRO EN ESPACIOS INTERDENTARIOS
- C07 DOS (02) PUNTAS AUTOCLAVABLES ANATOMICAS PARA TRATAMIENTO DE SARRO DENTAL EN CARAS LIBRES
- C08 DOS (02) PUNTAS AUTOCLAVABLES ANATOMICAS PARA TRATAMIENTO DE PIGMENTOS

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).