IETSI EsSalud | INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

EsSalud

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: BARRA PARALELA DE TERAPIA PARA NIÑOS

CODIGO SAP: 150050166

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

AREAS DE PEDIATRÍA, MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN .

DEFINICIÓN FUNCIONAL

ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO, QUE PROPORCIONA SOPORTE Y ESTABILIDAD AL PACIENTE DURANTE LA RECUPERACIÓN MOTRÍZ, PERMITIENDO REALIZAR EJERCICIOS DE EQUILIBRIO, FORTALECIMIENTO YREEDUCACIÓN DE LA MARCHA EN UN ENTORNO SEGURO. PARA USO EN NIÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I	**GENERALES**
I.1	CONSTITUIDO POR UNA PLATAFORMA NIVELADA, ASI COMO DOS (02) BARANDAS O BARRAS PARA APOYO, SEPARADAS, CON CAPACIDAD DE PODER REGULAR EL NIVEL DE LA ALTURA.
I.2	EQUIPO PARA TRABAJAR A NIVEL DE PISO
I.3	CON JUEGO DE SOPORTES DE BARRAS CON MECANISMOS DE SUJECIÓN Y REGULACIÓN DE ALTURA Y ANCHO
II	**COMPONENTES**
	PLATAFORMA
II.1	UNA (01) PLATAFORMA BASE NIVELADA
II.2	MATERIAL DE LA PLATAFORMA: MADERA O METAL, ANTIDESLIZANTE
II.3	CON RAMPA O INCLINACIÓN EN AMBOS EXTREMOS
II.4	LONGITUD DE LA PLATAFORMA: ENTRE 1,5 m Y 2,5m
II.5	ANCHO DE PLATAFORMA: ENTRE 0,5 m Y 0,75 m
	BARRAS O BARANDAS
II.6	DOS (02) BARRAS DE MATERIAL SOLIDO: ALUMINIO, ACERO CROMADO, TERMO PLASTICO, FORRADAS CON MATERIAL LAVABLE Y ANTIDESLIZANTE.
II.7	LONGITUD DE LAS BARRAS: MINIMO DE 2,5 m
II.8	ALTURA REGULABLE DE LAS BARRAS: DE 0,4 m A 0,6 m O RANGO MAYOR
II.9	SEPARACIÓN ENTRE BARRAS: ENTRE 0,3 m Y 0,5 m
	ACCESORIOS
II.10	BARRA DIVISORIA SEPARADORA CENTRAL EN LA PLATAFORMA, DESMONTABLE

EsSalud
Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.06.2025 12:28:17 -05:00

EsSalud
Firmado digitalmente por SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU 20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 19.06.2025 15:04:15-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
20 JUN 2025
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA