

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN: ESCALERA COMBINADA CON RAMPA	
CÓDIGO SAP: 70010195	
UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)	
Equipo utilizado en áreas asistenciales como medicina física, rehabilitación entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, tecnólogo médico de terapia física y otros profesionales de la salud.	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
Dispositivo de rehabilitación física compuesto por una escalinata, un área de paso y una rampa, que permite la reeducación funcional de la marcha, el equilibrio y la coordinación en pacientes.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
I	GENERALES
I.1	Una (01) Escalera combinada con rampa
II	COMPONENTES
Las dimensiones de cada componente pueden ser precisadas según requerimiento clínico del especialista.	
ESCALERA	
II.1	Escalera de 3 o más pasos.
II.2	Fabricada en madera, metal o combinación de ambos; incluye recubrimiento protector según tipo de material a fin de evitar el envejecimiento prematuro (pintura epoxi o mejor para superficies metálicas; barniz o mejor para superficies de madera).
II.3	Superficie rugosa o antideslizante.
II.4	Dimensiones de escalón: Ancho mínimo de 60 cm. Huella entre 20 y 30 cm. Contrahuella entre 15 a 20 cm.
II.5	Incluye descanso que se conecta con la parte superior de la rampa.
RAMPA	
II.6	Rampa fabricada en madera, metal o combinación de ambos; incluye recubrimiento protector según tipo de material a fin de evitar el envejecimiento prematuro (pintura epoxi o mejor para superficies metálicas; barniz o mejor para superficies de madera).
II.7	Superficie rugosa o antideslizante.
II.8	Ensamblada a 180° o 90° (grados) de la escalera.
II.9	Dimensiones de la rampa: Ancho mínimo de 60 cm. Largo de la rampa mínimo de 200 cm.
PASAMANOS	
II.10	Pasamanos en ambos lados de la escalera y rampa para brindar apoyo y seguridad al usuario.
II.11	Con altura Ajustable: Cuenta con un mecanismo en los postes verticales que permite regular la altura de los pasamanos para adaptarse a distintos usuarios y ejercicios.
II.12	Con ancho Ajustable: Cuenta con un mecanismo en la parte superior que permite la modificación de la distancia entre los pasamanos para adaptarse a diferentes usuarios y necesidades terapéuticas.
III	ACCESORIOS
PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS	
III.1	No presenta
INSUMOS/CONSUMIBLES	
III.2	No presenta
IV	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
IV.1	No presenta

