

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30103344	Tubo para extracción al vacío con heparina sódica (13x75)	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Tubo para extracción al vacío con anticoagulante heparina de sodio, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Tubo de plástico de 13mm de diámetro por 75mm de longitud, con capacidad de 4 mL, que contiene heparina sódica (heparina de sodio) como anticoagulante. Cuenta con tapa hermética perforable, codificación por colores para su identificación, resistente a la centrifugación y a impactos, de un solo uso (descartable) y provisto en empaque adecuado. USO: Obtención de sangre periférica o medular para estudio de cariotipo.


EsSalud
Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 11.06.2025 09:52:13-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

11 JUN 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA


EsSalud

Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.06.2025 17:12:32 -05:00