

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040110087

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CISTOSCOPIO ADULTO
UNIDADES FUNCIONALES: UROLOGÍA
PACIENTES: ADULTOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISEÑADO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DEL TRACTO URINARIO, INCLUYENDO AFECCIONES DE PRÓSTATA, VEJIGA Y MEATO URETERAL. SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PERMITIR LA VISUALIZACIÓN DIRECTA DE ESTAS ESTRUCTURAS INTERNAS, FACILITANDO PROCEDIMIENTOS COMO LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS, TOMA DE MUESTRAS PARA BIOPSIA, Y MANEJO DE CÁLCULOS MEDIANTE TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS. SUELEN ESTAR COMPUESTOS POR UNA CAMISETA EXTERIOR, UN SISTEMA ÓPTICO Y UN CANAL DE TRABAJO QUE PERMITE EL USO DE CATÉTERES Y OTROS INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA TRATAR LESIONES Y REALIZAR INTERVENCIONES DE LITIASIS Y EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA URETRA Y VEJIGA URINARIA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

A01 SISTEMA EXCLUSIVO PARA APLICACIONES UROLÓGICAS (CISTOSCOPIOS, TELESCOPIOS Y ACCESORIOS).

B COMPONENTES

CISTOSCOPIO

- B01 UNA (01) CAMISETA DE 17 ± 1 Fr CON OBTURADOR.
- B02 UNA (01) CAMISETA DE 20 ± 1 Fr CON OBTURADOR.
- B03 UN (01) PUENTE ADAPTADOR CON UN CANAL.
- B04 UN (01) PUENTE ADAPTADOR CON DOS CANALES.
- B05 DOS (02) TELESCOPIOS APROXIMADAMENTE 30°/25° ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
- B06 UN (01) TELESCOPIO 0° ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

GUÍA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA

- B07 CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA FUENTE DE LUZ FRÍA.
- B08 LONGITUD DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA: MAYOR O IGUAL A 2,5 m
- B09 DIÁMETRO EXTERIOR: MENOR O IGUAL A 3,8 mm.

FUENTE DE LUZ FRÍA (Ver Nota)

- B10 FUENTE DE LUZ LED EQUIVALENTE A UNA ILUMINACIÓN DE XENÓN DE 150 W COMO MÍNIMO. (Ver Nota)
- B11 CON CONTROL DE ILUMINACIÓN VARIABLE. (Ver Nota)

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- C01 UN (01) CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADICIONAL PARA FUENTE DE LUZ FRÍA, SEGÚN B07, B08 Y B09.
- C02 DOS (02) PINZAS FLEXIBLES PARA BIOPSIA, REUSABLES.
- C03 DOS (02) PINZAS FLEXIBLES PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO, REUSABLES.
- C04 DOS (02) PINZAS TIPO CANASTILLA, REUSABLES.
- C05 DOS (02) PINZAS TIPO TIJERAS, REUSABLES.
- C06 DOS (02) JERINGAS DE 100 c/c O MÁS PARA VEJIGA (CADA UNA CON ADAPTADOR) TIPO REINER-ALEXANDER, REUSABLES.
- C07 UN (01) EVACUADOR TIPO ELLIK, REUSABLE.
- C08 CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE TODO EL INSTRUMENTAL (EN AUTOCLAVE).
- C09 CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE TODOS LOS TELESCOPIOS (EN AUTOCLAVE).



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040110087

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CISTOSCOPIO ADULTO

UNIDADES FUNCIONALES: UROLOGÍA

PACIENTES: ADULTOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

REQUERIMIENTOS TÉCNICO OPCIONALES

E01 UN (01) ADAPTADOR PARA CONECTAR LAS FIBRAS ÓPTICAS A LA FUENTE DE LUZ FRÍA, EN CASO DE SER NECESARIO.

Nota: Los usuarios determinarán esta característica según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento. En caso dispongan de fuente de luz fría adicional en el centro asistencial de destino, este requerimiento sería considerado opcional.



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.07.2025 18:27:46 -05:00

