

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040050093

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: ROTADOR ORBITAL
UNIDADES FUNCIONALES: LABORATORIO
PACIENTES: TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

UTILIZADO PARA LA MEZCLA, HOMOGENIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS PRIMORDIALMENTE SEROLÓGICAS, Y TAMBIÉN DE USO EN LA PREPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE MUESTRAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 ÁREA DE LA PLATAFORMA NO MENOR A 800 cm².
- A02 VELOCIDAD PROGRAMABLE: DE 50 rpm A 300 rpm O RANGO MÁS AMPLIO Y OPERACIÓN CONTINUA.
- A03 TIEMPO PROGRAMABLE HASTA TREINTA (30) MINUTOS COMO MÍNIMO
- A04 CARGA MÁXIMA NO MENOR A 4 kg.
- A05 ORBITA: MAYOR O IGUAL A 10 mm
- A06 CON VISUALIZACIÓN DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO.

B COMPONENTES

- B01 PLATAFORMA DE MONTAJE UNIVERSAL.
- B02 PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE.

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- C01 CLAMPS PARA CINCO TIPOS DE FRASCOS, COMO MÍNIMO

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- E01 INTERFAZ DE DATOS USB O RS232.



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.07.2025 16:41:23 -05:00



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 16.07.2025 10:33:42-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

17 JUL 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA