

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 040110083

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : VIDEO HISTEROSCOPIO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : GINECOLOGIA
TIPO DE PACIENTES : ADULTAS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

PARA USO EN DIAGNÓSTICO Y OPERACIONES, EN EL INTERIOR DEL ÚTERO Y DEL CUELLO UTERINO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

A01 SISTEMA EXCLUSIVO PARA APLICACIONES GINECOLÓGICAS

B COMPONENTES

HISTEROSCOPIO

B01 DOS (02) CAMISETAS (VAINAS) CON CANAL PARA INSTRUMENTOS

B02 UN (01) RESECTOSCOPIO ROTABLE PARA FLUJO CONTINUO, CON VAINA INTERNA, EXTERNA Y OBTURADOR

B03 DOS (02) TELESCOPIOS DE 30º ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

B04 UN (01) TELESCOPIO DE 12º O 15º ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

B05 UNA (01) CAMISETA (VAINA) DIAGNÓSTICA

CÁMARA DE VIDEO Y UNIDAD DE CONTROL

B06 CON TRES (03) CHIPS CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

B07 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920X1080 PÍXELES

B08 SALIDAS: DVI O HDMI O SDI

B09 SISTEMA DE GRABACIÓN EN USB

B10 CABEZAL SUMERGIBLE Y BOTONERA DE CONTROL INCORPORADA CON AL MENOS DOS BOTONES

B11 CON CAPACIDAD DE EFECTUAR AMPLIFICACIÓN DE IMAGEN MEDIANTE ZOOM

FUENTE DE LUZ FRÍA

B12 LÁMPARA DE XENÓN DE 300W AL MENOS O LED EQUIVALENTE

B13 TEMPERATURA DE COLOR 5500 °K COMO MÍNIMO

B14 CON CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA AUTOMÁTICO Y MANUAL

B15 DOS (02) CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 METROS DE LONGITUD MÍNIMA

MONITOR DE GRADO MÉDICO

B16 PANTALLA A COLOR LCD, LED U OLED DE 21" (PULGADAS) O MÁS (DE ALTA DEFINICIÓN)

B17 RESOLUCIÓN MÍNIMA DE LA PANTALLA 1920X1080 PÍXELES

B18 ENTRADAS DE VIDEO: VIDEO COMPUESTO Y VÍDEO DIGITAL (HDMI O DVI O SDI). DEBE INCLUIR UN CABLE POR CADA TIPO DE ENTRADA.

GRABADOR DE VIDEO

B19 GRABADOR DE DISCOS FORMATO DVD Y ALMACENAMIENTO EN UNIDAD USB

B20 CON UNIDAD DE DISCO DURO INCORPORADO DE 500GB COMO MÍNIMO

B21 SISTEMA APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON EL PROCESADOR DE VIDEO Y MONITOR

B22 ENTRADAS/SALIDAS: VIDEO COMPUESTO Y VIDEO DIGITAL (HDMI O DVI O SDI)

C ACCESORIOS

C01 DOS (02) PINZAS DE BIOPSIA

C02 DOS (02) PINZAS GRASPING

C03 DOS (02) PINZAS DE TIJERA

C04 DOCE (12) ASAS PARA RESECCIÓN (CORTE)

C05 SEIS (06) O MÁS ELECTRODOS DE COAGULACIÓN CON EXTREMO DE BOLA (BUTTON)

C06 SEIS (06) O MÁS ELECTRODOS DE COAGULACIÓN CON EXTREMO DE RODILLO

C07 SEIS (06) ELECTRODOS DE AGUJA

C08 CABLES DE HF (ALTA FRECUENCIA)

C09 CUATRO (04) LÁMPARAS DE RECAMBIO DE FUENTE DE LUZ FRÍA (EN CASO NO SER TECNOLOGIA LED)

C10 UN (01) INSUFLADOR DE CO2 PARA HISTEROSCOPIA

C11 MUEBLE RODANTE PARA EQUIPO CON BANDEJAS, DE ALTURA REGULABLE, CON FRENOS, ORIGINAL DE FÁBRICA

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 040110083

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : VIDEO HISTEROSCOPIO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : GINECOLOGIA
TIPO DE PACIENTES : ADULTAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

C12 UN (01) UPS "ON LINE" DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC DC/AC Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA; VOLTAJE DE ENTRADA: 220V +/-10% O MAYOR; VOLTAJE DE SALIDA: 220V +/-3% O MENOR; CAPACIDAD DE POTENCIA EN SALIDA 25% O MÁS, SUPERIOR A LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS; AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO DE 10 MINUTOS A CARGA MÁXIMA

D REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

D01 220VAC/60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.06.2025 16:39:47 -05:00

