

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 070010221

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CABINA DE TERAPIA CON LUZ ULTRAVIOLETA
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): DERMATOLOGÍA
PACIENTES: ADULTOS - NIÑOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMEDICO UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL CON PROBLEMAS DERMATOLOGICOS DE PSORIASIS, LINFOMA CUTÁNEO, VITILIGO, ENTRE OTROS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 UNIDAD COMBINADA DE UVA/UVB DE BANDA ESTRECHA
- A02 CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE PUERTA ABIERTA
- A03 VISOR CON CRISTAL CONTRA RAYOS UV PARA MONITOREO DEL PACIENTE
- A04 CON VENTILACIÓN INTERNA CONTROLADA DE FLUJO DESCENDENTE
- A05 CON PANTALLAS DE SEGURIDAD PARA LAS LAMPARAS
- A06 PROTOCOLOS O PLANES DE TRATAMIENTOS EDITABLES Y CON CALCULO AUTOMÁTICO DE DOSIS
- A07 CON CIRCUITO PROTECTOR DE APAGADO POR MAL FUNCIONAMIENTO
- A08 LÁMPARAS DE IRRADIACIÓN EN POSICIÓN VERTICAL Y DISPUESTAS DE FORMA QUE PERMITAN UNA IRRADIACIÓN UNIFORME Y HOMOGÉNEA PARA EL TRATAMIENTO
- A09 CABINA EQUIPADA CON UN SISTEMA DE IRRADIACIÓN COMBINADA DE AL MENOS 20, 21 O 24 LÁMPARAS UVA Y 20, 21 O 24 LÁMPARAS UVB DE BANDA ESTRECHA. INCLUYE EL TOTAL DE LÁMPARAS DE FOTOREAPIA UVA Y UVB DE BANDA ESTRECHA

B COMPONENTES

SISTEMA DE CONTROL

- B01 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
- B02 SISTEMA O SOFTWARE DE REGISTRO DE PACIENTES E IMPRESIÓN, INCLUYE EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS

CABINA

- B03 ALTO EXTERNO NO MENOR DE 190 cm
- B04 ANCHO EXTERNO CON PUERTAS CERRADS NO MENOR DE 100 cm NI MAYOR DE 130 cm
- B05 LARGO EXTERNO CON PUERTAS CERRADAS NO MENOR DE 100 cm NI MAYOR DE 140 cm

C ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.

- C01 DOS (2) LENTES DE PROTECCION PARA USUARIO
- C02 CUATRO (04) LENTES DE PROTECCION PARA PACIENTES

D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).