

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 40010153

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	: MESA PARA ARCO EN C
UNIDAD FUNCIONAL	: CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
TIPO DE PACIENTES	: ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO COMO SOPORTE PARA EL CUERPO DEL PACIENTE, EL CUAL SIRVE PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS, ESTABILIZANDO LA POSICIÓN DEL PACIENTE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 MESA PARA ARCO EN C DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO.
- A02 ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS.
- A03 DESINFECTABLE.
- A04 DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C).
- A05 CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 200 Kg.
- A06 SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
- A07 COMANDO A DISTANCIA (TIPO JOYSTICK) A LATERAL DE MESA PARA ACCIONAR LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE LA MISMA.

B COMPONENTES

TABLERO

- B01 TABLERO DE FIBRA DE CARBONO.
- B02 CON PROPIEDADES DE FLUOROSCOPIA.
- B03 COMPATIBLE CON ACCESO DE UN ARCO EN C.
- B04 ANCHO: 55 cm $\pm$ 10 cm.
- B05 LARGO: 230 cm $\pm$ 20 cm.
- B06 ALTURA MÁXIMA: 110 cm $\pm$ 10 cm.
- B07 ALTURA MÍNIMA: 70 cm $\pm$ 10 cm.
- B08 MOVIMIENTO LONGITUDINAL: 70 cm $\pm$ 20 cm.
- B09 MOVIMIENTO TRANSVERSAL: 20 cm $\pm$ 5 cm.
- B10 RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN DE ACCESORIOS.

COLCHONETA

- B11 LAVABLE, DESINFECTABLE Y ANTIESTÁTICA.

BASE

- B12 RODANTE.
- B13 CON CUATRO (4) O MÁS RUEDAS.
- B14 CON FRENO CENTRAL.

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 40010153

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA PARA ARCO EN C
UNIDAD FUNCIONAL : CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

D01 MOVIMIENTOS DE INCLINACIÓN.
D02 BATERÍA Y CARGADOR INTEGRADOS.



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.06.2025 11:19:43 -05:00

