

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: BALANZA DE DOS PLATILLOS

CODIGO SAP: 040050159

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

LABORATORIO Y FARMACIA ENTRE OTROS SERVICIOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO, QUE SE USA COMUNMENTE PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE DOS MASAS EQUIVALENTES, UTILIZANDO COMO REFERENCIA UN SISTEMA DE PESAS PATRÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES

- I.1 EQUIPO DE SOBREMESA.
- I.2 CAPACIDAD DE MEDIDA DE 2000 GRAMOS O MAS
- I.3 SENSIBILIDAD MENOR O IGUAL A 0,1 GRAMOS
- I.4 CON REGLETA GRADUADA DE COMPARACIÓN Y MEDICIÓN
- I.5 CON PALANCA O SISTEMA DE EQUILIBRIO
- I.6 SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO DE OSCILACIONES
- I.7 SISTEMA DE AJUSTE DE CERO

II COMPONENTES

BASE O PEDESTAL

- II.1 DE SOPORTE METALICO O POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA
- II.2 PINTADO DE SUPERFICIE QUE ASEGURE ALTA DURABILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS CORROSIVAS

PLATILLOS

- II.3 DOS (02) PLATILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM DE DIAMETRO O MAYOR

III ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

- III.1 JUEGO DE PESAS PATRÓN (PESAS DE 100 GRAMOS; 200 GRAMOS; 500 GRAMOS Y 1000 GRAMOS COMO MINIMO)

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

01 JUL 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.06.2025 09:13:14 -05:00



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 26.06.2025 10:30:30-0500