

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: BARRAS PARALELAS PARA TERAPIA FISICA

CODIGO SAP: 040150064

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN ENTRE OTRAS ÁREAS.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO MECÁNICO QUE PROPORCIONA SOPORTE Y ESTABILIDAD AL PACIENTE DURANTE LA RECUPERACIÓN MOTRÍZ, PERMITIENDO REALIZAR EJERCICIOS DE EQUILIBRIO, FORTALECIMIENTO Y REEDUCACIÓN DE LA MARCHA EN UN ENTORNO SEGURO; PARA USO EN ADULTOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES

- | | |
|-----|---|
| I.1 | CONSTITUIDO POR UNA PLATAFORMA NIVELADA, ASI COMO DOS (02) BARANDAS O BARRAS PARA APOYO, SEPARADAS, CON CAPACIDAD DE PODER REGULAR EL NIVEL DE LA ALTURA. |
| I.2 | EQUIPO PARA TRABAJAR A NIVEL DE PISO. |
| I.3 | CON JUEGO DE SOPORTES DE BARRAS CON MECANISMOS DE SUJECCIÓN, CON REGULACIÓN DE ALTURA Y ANCHO. |

II COMPONENTES

PLATAFORMA

- | | |
|------|---|
| II.1 | UNA (01) PLATAFORMA BASE NIVELADA. |
| II.2 | MATERIAL DE LA PLATAFORMA: MADERA O METAL, CON CUBIERTA ANTIDESLIZANTE. |
| II.3 | CON RAMPA O INCLINACIÓN EN AMBOS EXTREMOS. |
| II.4 | LONGITUD DE LA PLATAFORMA: ENTRE 2,5 m Y 3,5m. |
| II.5 | ANCHO DE PLATAFORMA: ENTRE 0,7 m Y 1,0 m. |

BARRAS O BARANDAS

- | | |
|------|--|
| II.6 | DOS (02) BARRAS DE MATERIAL SOLIDO: ALUMINIO, ACERO CROMADO, TERMO PLASTICO, FORRADAS CON MATERIAL LAVABLE Y ANTIDESLIZANTE. |
| II.7 | LONGITUD DE LAS BARRAS: MINIMO DE 3,0 m. |
| II.8 | ALTURA REGULABLE DE LAS BARRAS: DE 0,6 m A 0,8 m O RANGO MAYOR. |
| II.9 | SEPARACIÓN ENTRE BARRAS: ENTRE 0,45 m Y 0,75 m. |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

ACCESORIOS

- | | |
|-------|---|
| III.1 | BARRA DIVISORIA SEPARADORA CENTRAL EN LA PLATAFORMA, DESMONTABLE (NOTA 1) |
|-------|---|

NOTA 1: los usuarios determinan este requerimiento tecnico según sus necesidades y demanda al momento de realizar su requerimiento

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

01 JUL 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

 **EsSalud**

Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.06.2025 13:26:32 -05:00

 **EsSalud**
Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 26.06.2025 10:32:26-0500