

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30107288	Kit de detección molecular de patógenos respiratorios – PANEL II	PBA	III	PRESENTACIÓN: Kit o panel completo de Reactivos en formato multiplex para la detección y diferenciación cualitativa, de al menos, los siguientes patógenos respiratorios: <i>Bordetella</i>, <i>pertussis</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, metapneumovirus humano, parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3, para influenza 4, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Amplificación de Ácidos Nucleicos por PCR. Adicionalmente podría utilizar otra metodología molecular si lo requiere. ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyentes de la muestra (si la metodología lo requiere), complementos (tubos o placas de reacción, microtubos estériles libres de nucleasas, puntas, pipetas y otros de acuerdo a la metodología, que permita la realización completa de la prueba). Debe contener Kit o sistema de extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras respiratorias, primers, sondas, DNTP'S, agua grado molecular y otros de acuerdo a la metodología que permitan la realización completa de la prueba, de acuerdo al nivel de bioseguridad que corresponda. Material de impresión de resultado. MUESTRA BIOLÓGICA: Diversas muestras respiratorias como hisopados nasofaríngeos, orofaríngeos, aspirados nasofaríngeos, endotraqueales, lavados broncoalveolares u otras. EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.