

## FICHA TÉCNICA

**CORTADORA DE GASA ELECTRICA**

**CODIGO SAP: 20202179**

### UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

Equipo utilizado en áreas asistenciales como emergencia, centro quirúrgico y central de esterilización entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal profesional de enfermería y otros profesionales de la salud.

### DEFINICIÓN FUNCIONAL

Equipo eléctrico utilizado para el corte recto y curvo de las cubiertas de gasas en los servicios hospitalarios, garantizando la asepsia de los cortes.

### REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES	
I.1	Motor eléctrico monofásico de 1400RPM como mínimo
I.2	Equipo con empuñadura
I.3	Con interruptor de encendido/apagado
I.4	Disco de corte de acero, resistente a la corrosión, de 5.2" como mínimo
I.5	Elementos de protección para el disco de corte
I.6	Placa metálica a modo de base estacionaria
I.7	Capacidad de corte de 7.5cm como mínimo
I.8	Sistema integrado de afilado de disco
I.9	Peso del equipo de 10kg o menos
II REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA	
II.1	220V/60Hz (con tolerancia según el Código Nacional de Electricidad)



Firmado digitalmente por  
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther  
FAU 20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.07.2025 11:22:47 -05:00



Firmado digitalmente por  
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Day visto bueno.  
Fecha: 04.08.2025 15:09:49-0500

