IETSI EsSalud | INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

EsSalud

FICHA TÉCNICA

TANQUE DE PARAFINA

CODIGO SAP: 40150018

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)
Equipo utilizado en los Servicios de Medicina Fisica y Rehabilitación, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, profesional fisioterapeuta y otros profesionales de la salud.
DEFINICIÓN FUNCIONAL
Equipo rodante utilizado para la preparación de parafina por medio de aplicación de calor con fines terapéuticos para el manejo de procesos dolorosos a nivel articular en la fase sub-aguda y crónica.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		
I	**GENERALES**	
I.1	Tanque de acero inoxidable, con capacidad de 20 lt como mínimo	
I.2	Con control de temperatura mediante termostato	
I.3	Rango de temperatura de funcionamiento de 30ºC a 90ºC o rango más amplio	
I.4	Con lámpara piloto y sistema de encendido/apagado.	
I.5	Con sistema indicador de temperatura	
I.6	Base rodable con frenos	
II	**INSUMOS**	
II.1	Parafina de uso terapéutico de 20kg, con una temperatura de fusión en el rango de 52ºC a 57ºC	
III	**REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA**	
III.1	220V/60Hz (con tolerancia según el Código Nacional de Electricidad)	

EsSalud

Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.07.2025 17:29:10 -05:00

EsSalud

Firmado digitalmente por SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU 20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 04.08.2025 15:09:08-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

05 AGO 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA