IETSI EsSalud | INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

EsSalud

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: TENSIÓMETRO ANEROIDE CLÍNICO NEONATAL

CÓDIGO SAP: 20201731

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

Equipo utilizado en las UPSS Consulta Externa, UPSS Emergencia, Unidades de Cuidados Intermedios Neonatal, alojamiento conjunto, entre otras áreas.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Dispositivo diseñado para medir la presión arterial que consta de un brazalete inflable que se ajusta alrededor de una extremidad (brazo o muslo), una pera de inflado para controlar la presión del aire dentro del manguito y un manómetro aneroide.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I	**GENERALES**
I.1	Un (01) tensiómetro (esfigmomanómetro) aneroide para paciente Neonatal.
II	**COMPONENTES**
II.1	Con manómetro analógico tipo reloj graduado de 0 a 300 mmHg como mínimo, con una tolerancia máxima de ±3 mmHg.
II.2	Con sistema de insuflación y válvula de liberación de presión.
II.3	Con dos (02) brazaletes de Presión Arterial No Invasiva (PANI) libre de látex, para paciente neonatal con sistema de cierre tipo velcro o equivalente funcional, de diferentes tamaños.
III	**ACCESORIOS**
	PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS
III.1	Un (01) estuche para el dispositivo.

EsSalud
Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.08.2025 18:05:32 -05:00

EsSalud
Firmado digitalmente por SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU 20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 19.08.2025 19:45:18-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
22 AGO 2025
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA