

FICHA TECNICA
CÓDIGO SAP: 40010073
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : CONSULTA EXTERNA TIPO DE PACIENTES : ADULTOS/NIÑOS
DEFINICIÓN FUNCIONAL
EQUIPO PORTATIL DE DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD VASCULAR (VENOSA ARTERIAL), A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN SONOGRÁFICA DEL FLUJO VASCULAR
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
A GENERALES A01 EQUIPO PORTATIL A02 PANTALLA LCD O LED O MEJOR TECNOLOGÍA PARA VISUALIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA A03 SOPORTE O RECEPTÁCULO PARA EL TRANSDUCTOR A04 CON BATERIA(S) RECARGABLE(S) DE AUTONOMÍA DE 150 MINUTOS COMO MÍNIMO A05 INDICADOR DE BATERÍA BAJA A06 APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO NO ESTÁ EN USO A07 CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE A08 CONECTOR PARA AUDIFONOS B ACCESORIOS B01 UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO CON FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 7 Y 9 MHz, QUE PERMITA LA DESINFECCIÓN B02 UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO CON FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 4 Y 6 MHz, QUE PERMITA LA DESINFECCIÓN B03 CINCO (05) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR ACÚSTICO DE 250ml B04 AUDIFONOS B05 UN (01) ESTUCHE PARA EL EQUIPO Y SUS TRANSDUCTORES C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA C01 CARGADOR DE BATERIAS EXTERNO (O ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN) CON ENTRADA DE 220V/60Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES
Los usuarios determinarán esta característica según sus necesidades y demandas, al momento de realizar su requerimiento D01 TRANSDUCTORES SOLICITADOS A PRUEBA DE AGUA