

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 040170005

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : NEFROLOGIA
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS/NIÑOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO QUE REALIZA CICLOS DE DIÁLISIS AUTOMATIZADOS, GENERALMENTE MIENTRAS EL PACIENTE DUERME, CONTROLANDO EL FLUJO DE DIALIZADO QUE ENTRA Y SALE DE LA CAVIDAD ABDOMINAL (ES DECIR, DIÁLISIS PERITONEAL)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 FUNCIONAMIENTO POR BOMBEO Y/O GRAVEDAD
- A02 VOLUMEN DE INFUSIÓN EN LA CAVIDAD PERITONEAL PROGRAMABLE, EN EL RANGO DE 250ml A 3000ml O RANGO MÁS AMPLIO
- A03 PROGRAMACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA DEL TIEMPO DE PERMANENCIA Y DRENAJE DEL DIALIZADO
- A04 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN LCD, LED O MEJOR TECNOLOGIA
- A05 PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN DIALIZANTE O TEMPERATURA PREESTABLECIDA
- A06 LLENADO DIURNO AUTOMÁTICO O PROGRAMABLE
- A07 PROTECCIÓN DE ENTREGA DE TEMPERATURA BAJA Y ALTA
- A08 ALARMA DE DRENAJE BAJO DEL PACIENTE, PORCENTAJE (%) DE RETORNO DE VOLUMEN, FALLAS DURANTE EL TRATAMIENTO DIALÍTICO
- A09 CON TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DIALIZANTE
- A10 BAJO NIVEL DE RUIDO DE LAS ALARMAS QUE LE PERMITA DORMIR AL PACIENTE
- A11 LIQUIDO A DIFUNDIR: SOLUCIÓN DIALIZANTE
- A12 MONITOREO DE LA ULTRAFILTRACIÓN (DIFERENCIA ENTRE EL VOLUMEN DEL LÍQUIDO DE INFUSIÓN Y DRENADO)

B ACCESORIOS

- B01 MESA DE SOPORTE PARA EL EQUIPO (CONDICIONADO A LA NECESIDAD O CARACTERÍSTICA DEL USUARIO) O SOPORTE INTEGRADO EN EL EQUIPO

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220V/60Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.09.2025 12:48:06 -05:00



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 11.09.2025 09:18:55-0500

