

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO
EN CESIÓN EN USO**

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA

1. Tipo	Equipo que realiza ciclos de diálisis automatizados, generalmente mientras el paciente duerme, controlando el flujo de dializado que entra y sale de la cavidad abdominal (es decir, diálisis peritoneal)
2. Metodología	Funcionamiento por bombeo y/o gravedad
3. Rendimiento	Volumen de infusión en la cavidad peritoneal programable, en el rango de 250ml a 3000ml o rango más amplio
4. Características	Programación manual o automática del tiempo de permanencia y drenaje del dializado Pantalla de visualización lcd, led o mejor tecnología Programación de la temperatura de la solución dializante o temperatura preestablecida Llenado diurno automático o programable Protección de entrega de temperatura baja y alta Alarma de drenaje bajo del paciente, porcentaje (%) de retorno de volumen, fallas durante el tratamiento dialítico Con tiempo de precalentamiento de la solución dializante Bajo nivel de ruido de las alarmas que le permita dormir al paciente
5. Líquido a difundir	Solución dializante
6. Procesamiento y manejo de datos	Monitoreo de la ultrafiltración (diferencia entre el volumen del líquido de infusión y drenado)
7. Accesorios para el equipo	Mesa de soporte para el equipo (condicionado a la necesidad o característica del usuario) o soporte integrado en el equipo
8. Soporte técnico	Mantenimiento correctivo rápido o reemplazo del equipo rápido. Dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación de la falla (las 24 horas del día, todos los días, incluidos domingos y feriados).
9. Modo de operación	220V/60Hz (con tolerancias según el código nacional de electricidad)

NOTA:

Tomar en cuenta el volumen del dializado para la selección de los pacientes. A manera de referencia (a evaluar por el médico tratante): 250ml correspondería a pacientes de 15kg aproximadamente o superficie corporal de 0.64m²



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.09.2025 12:48:32 -05:00



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 11.09.2025 09:14:47-0500

