

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30103638	Kit de tipificación molecular para Virus del Papiloma Humano	PBA	I*- II*- III	<p><b>PRESENTACIÓN:</b> Kit completo de reactivos para la genotipificación del ADN del Virus de Papiloma Humano, que incluya los de alto riesgo 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 como mínimo, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p><b>METODOLOGÍA:</b> Amplificación de ácidos nucleicos por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Calibrador, controles, diluyente de muestra (si la metodología lo requiere), complementos (incluir los materiales necesarios para la toma de muestra) y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión de resultados.</p> <p><b>MUESTRA BIOLÓGICA:</b> Muestras cervicales y/o vaginal y/o cervicouterinas y/o cervicovaginal y/o genitales y/o rectales.</p> <p><b>USO:</b> Tipificación del Virus de Papiloma Humano (VPH).</p> <p><b>EQUIPO:</b> El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones técnicas de Equipos de este Petitorio.</p>

(\*) Los niveles serán evaluados y determinados por GCPS, en establecimientos que cuenten con capacidad resolutoria (Resolución de Gerencia General N.º 469-GG-ESSALUD-2022 aprobó la Directiva N.º 04-GCPS-ESSALUD-2022, o la que la sustituya en el futuro).



Firmado digitalmente por  
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther  
FAU 20131257750 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.08.2025 17:40:11 -05:00



**EsSalud**  
Firmado digitalmente por  
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Doy visto bueno.  
Fecha: 28.08.2025 15:04:12-0500

IETSI - ESSALUD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS  
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

**01 SET 2025**

**FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA**