

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30106104	Coloración PAS kit	PBA	III	PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la coloración de PAS en empaque adecuado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. ACCESORIOS: Reactivos, accesorios y complementos necesarios que permitan la realización completa de la prueba. Debe incluir un manual de instrucciones de procedimiento de la prueba en español. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre periférica, Médula ósea y otros. USO: Microscopía