

FICHA TECNICA

CÓDIGO SAP: 40030148

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BÁSICO + TRAUMATOLOGÍA
UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): CENTRO QUIRURGICO
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - PEDIÁTRICOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO COMO SOPORTE PARA EL CUERPO DEL PACIENTE, SIRVE PARA REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES, PERMITIENDO QUE ADOPTA POSICIONES ADECUADAS Y BRINDANDO UNA EXPOSICIÓN ÓPTIMA DEL CAMPO QUIRURGICO, ESPECIALMENTE PARA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A PROTOCOLOS DETERMINADOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS
- A02 ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: ELECTROHIDRÁULICO Y/O ELECTROMECAÁNICO
- A03 RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO
- A04 COMANDO DE CONTROLES ALAMBRICO
- A05 COMANDO DE CONTROLES INALÁMBRICO (MEDIANTE INFRARROJO O BLUETOOTH), INCLUIR CARGADOR SI LO REQUIERE
- A06 CONTROLES AUXILIARES UBICADOS EN LA BASE O COLUMNA
- A07 PEDAL DE CONTROL
- A08 FUNCIÓN QUE PERMITA VOLVER AL TABLERO A UNA POSICIÓN HORIZONTAL (FUNCIÓN NIVEL O RETORNO)
- A09 FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL PACIENTE, NORMAL E INVERSA
- A10 SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
- A11 CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X
- A12 DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C)
- A13 PLACA APOYA PIERNAS: EN DOS PIEZAS (UNA PARA CADA PIERNA, CON ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN) O EN UNA PIEZA (EN ESTE CASO ADICIONAR UN PAR DE PORTA PIERNAS PARA EL PIE Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA CON REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN, ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN, ALMOHADILLAS Y FIJADOR A RIEL LATERAL)
- A14 CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 270 kg
- A15 INTERFACE CON CAPACIDAD PARA DIAGNOSTICO Y/O SERVICIO TÉCNICO
- A16 CON PUENTE DE RIÑÓN O ELEVACIÓN DE RIÑÓN

B COMPONENTES

- B01 TRENDELENBURG 25° O MÁS
- B02 TRENDELENBURG INVERSA 25° O MÁS
- B03 SECCIÓN ESPALDA HACIA ABAJO 25° O MÁS
- B04 SECCIÓN ESPALDA HACIA ARRIBA 55° O MÁS
- B05 INCLINACIONES LATERALES 18° O MÁS
- B06 SECCIÓN PIERNAS HACIA ABAJO 90° O MÁS
- B07 SECCIÓN PIERNAS HACIA ARRIBA 30° O MÁS
- B08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1000mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO
- B09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 770mm O MENOS RESPECTO AL SUELO
- B10 MOVIMIENTO FLEX
- B11 MOVIMIENTO REFLEX O BEACH CHAIR

C ACCESORIOS

El área usuaria podrá agregar algún accesorio y/o aditamento para la mesa de operaciones según sus necesidades y demanda.

- C01 UN (01) ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSIÓN LATERAL CON FIJADOR A RIEL LATERAL



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.11.2025 14:04:23 -05:00

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 40030148

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BÁSICO + TRAUMATOLOGÍA

UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): CENTRO QUIRURGICO

TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - PEDIÁTRICOS

- C02 DOS (02) APOYA BRAZOS, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACIÓN
- C03 UN (01) APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICIÓN EN DE CUBITO LATERAL CON CORREA Y FIJADOR AL RIEL LATERAL
- C04 DOS (02) SOPORTES LATERALES ACOLCHADOS CON FIJADOR AL RIEL LATERAL
- C05 DOS (02) PIERNERAS DE GOEPEL ACOLCHADO, CON CORREA DE FIJACIÓN, CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA Y FIJADORES A LOS RIELES LATERALES
- C06 CUATRO (04) FIJADORES RADIALES (GIRATORIOS) CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL RIEL LATERAL
- C07 UN (01) PORTA CHASIS PARA RAYOS X
- C08 UN (01) JUEGO COMPLETO DE COLCHONETAS LAVABLES, ANTIESTÁTICAS Y TRANSPARENTES A LOS RAYOS X

- C09 UN (01) CINTURÓN DE FIJACIÓN PARA EL PACIENTE
- C10 UNA (01) CABECERA DESMONTABLE
- C11 UN (01) CARRO-COCHES PORTA ACCESORIOS
- C12 PLACA(S) APOYA PIES PARA POSICIÓN TRENDELENBURG INVERSA
- C13 DOS (02) MUÑEQUERAS PARA RIELES LATERALES
- C14 UN (01) APOYA CABEZA CON SISTEMA DE FIJACIÓN ARTICULABLE
- ACCESORIOS PARA TRAUMATOLOGÍA**
- C15 TRACTORES DE MIEMBROS INFERIORES, PARA AMBAS EXTREMIDADES (CON ACCESORIOS COMPLETOS PARA TRACCIÓN DE FEMUR Y TIBIA)
- C16 TRACTORES DE MIEMBROS SUPERIORES (CON ACCESORIOS COMPLETOS PARA TRACCIÓN DE HÚMERO, MUÑECAS, CODO Y HOMBRO)
- C17 UNA (01) MESA LATERAL PARA OPERACIÓN DE MANO, TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
- C18 UNA (01) BARRA DE CONTRATIPO PARA FÉMUR EN POSICIÓN DECÚBITO DORSAL, TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
- C19 UN (01) DISPOSITIVO DE CONTRATIPO PARA FÉMUR EN POSICIÓN DECÚBITO LATERAL, TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
- D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA**
- D01 220V/60HZ (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
- D02 CON BATERIAS RECARGABLES CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA EN LA COLUMNA O EN EL CONTROL REMOTO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

- E01 SECCIONES DEL TABLERO DE FIBRA DE CARBÓN
- E02 CAPACIDAD DE USO EN QUIROFANO INTEGRADO

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

14 NOV 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.11.2025 14:05:04 -05:00