

FICHA TECNICA	
CÓDIGO SAP: 40050117	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : SISTEMA DE INCLUSIÓN DE PARAFINA	
UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): ANATOMIA PATOLOGICA	
TIPO DE PACIENTES : TODOS	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
EQUIPO UTILIZADO EN LABORATORIO DENTRO DEL PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS, POR INCLUSIÓN EN PARAFINA, A SER VISUALIZADAS EN EL MICROSCOPIO	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A	GENERALES
A01	SISTEMA DE SOBREMESA
A02	DISEÑO MODULAR (SUPERFICIE DE TRABAJO Y CRIOCONSOLA)
A03	CON ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
A04	SUPERFICIE DE TRABAJO ERGONÓMICO
A05	CON DRENAJE DE PARAFINA HACIA COLECTOR
A06	SOPORTES PARA PINZAS, PARA AL MENOS TRES (03) PINZAS
A07	DEPÓSITO PARA ALMACENAR CIENTO (100) CASSETTE COMO MÍNIMO
A08	CONTROL DEL FLUJO DE PARAFINA ACTIVADO MANUALMENTE Y POR PEDAL
A09	DEPÓSITO DE PARAFINA CON CAPACIDAD PARA TRES (03) LITROS COMO MÍNIMO
B	TEMPERATURAS
B01	DEL DEPÓSITO DE PARAFINA: AJUSTABLE DESDE 55°C A 70°C O RANGO MÁS AMPLIO
B02	DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO: AJUSTABLE DESDE 55°C A 70°C O RANGO MÁS AMPLIO
B03	DE LA PLACA FRÍA: - 5°C O MENOS
B04	DEL DEPÓSITO DE MOLDES: AJUSTABLE DESDE 55°C A 70°C O RANGO MÁS AMPLIO
B05	CALENTADOR DE PINZAS AL MENOS A 70°C
C	ACCESORIOS
La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demanda	
C01	UN (01) LENTE AMPLIFICADOR CON SOPORTE
C02	TRES (03) PINZAS CALEFACTABLES COMO MÍNIMO
C03	VEINTICUATRO (24) MOLDES DE ACERO INOXIDABLE DE CADA TAMAÑO (PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE)
C04	UN (01) PEDAL
D	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
D01	220V/60HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)