

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 40010153

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	: MESA PARA ARCO EN C
UNIDAD FUNCIONAL	: CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, NEFROLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, UROLOGÍA, TERAPIA DEL DOLOR, OTRAS ÁREAS
TIPO DE PACIENTES	: ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO COMO SOPORTE PARA EL CUERPO DEL PACIENTE, DISEÑADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL OPERADOR, PERMITIENDO REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS, ESTABILIZANDO LA POSICIÓN DEL PACIENTE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 MESA PARA ARCO EN C DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO.
- A02 ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS.
- A03 DESINFECTABLE.
- A04 DESPLAZAMIENTO MULTIDIRECCIONAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN O DETECTOR DE PANEL PLANO (ARCO EN C).
- A05 CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 225 Kg.
- A06 SUPERFICIE DE LA MESA RADIOLÚCIDA A LOS RAYOS X.
- A07 COMANDO A DISTANCIA (TIPO JOYSTICK) AL LATERAL DE MESA PARA ACCIONAR LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE LA MISMA.

B COMPONENTES

TABLERO

- B01 TABLERO DE FIBRA DE CARBONO CON PROPIEDADES DE FLUOROSCOPIA.
- B02 COMPATIBLE CON ACCESO DE UN ARCO EN C.
- B03 ANCHO: 55 cm ± 10 cm.
- B04 LARGO: 230 cm ± 20 cm.
- B05 ALTURA MÁXIMA: 110 cm ± 10 cm.
- B06 ALTURA MÍNIMA: 70 cm ± 10 cm.
- B07 MOVIMIENTO LONGITUDINAL: 70 cm ± 20 cm.
- B08 MOVIMIENTO TRANSVERSAL: 20 cm ± 5 cm.
- B09 MOVIMIENTOS DE INCLINACIÓN LONGITUDINAL (TRENDELENBURG) Y LATERAL, CON ÁNGULOS NO MENORES DE 15° EN CADA DIRECCIÓN.
- B10 RIELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN DE ACCESORIOS.

COLCHONETA

- B11 LAVABLE, DESINFECTABLE Y ANTIESTÁTICA.

BASE

- B12 RODANTE.
- B13 CON CUATRO (4) O MÁS RUEDAS.
- B14 CON FRENO CENTRAL.

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).



FICHA TÉCNICA	
CÓDIGO SAP: 40010153	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	: MESA PARA ARCO EN C
UNIDAD FUNCIONAL	: CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, NEFROLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, UROLOGÍA, TERAPIA DEL DOLOR, OTRAS ÁREAS
TIPO DE PACIENTES	: ADULTOS Y PEDIÁTRICOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES	
D01	El área usuaria podrá agregar algún accesorio y/o aditamento para la mesa para arco en C, según sus necesidades y demandas. BATERÍA Y CARGADOR INTEGRADOS.



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.11.2025 16:12:40 -05:00

