

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030107291	Kit para determinación de cloro en sudor.	PBA	III	PRESENTACIÓN: Kit completo para la inducción, recolección y determinación de cloro en sudor. METODOLOGÍA: Iontoforesis y Coulombimetría. ACCESORIOS: ○ Calibradores, controles, complementos y accesorios de acuerdo con la metodología, que permita la realización completa de la prueba desde la inducción, recolección y determinación de cloro en sudor; así como el material de impresión para resultados. MUESTRA BIOLÓGICA: Sudor. EQUIPOS: ○ Electroestimulador para inducción de sudor, incluye dispositivos o elementos para recolección de sudor. ○ Analizador de cloro en sudor. USO PREVISTO: Para el diagnóstico confirmatorio de pacientes con sospecha de Fibrosis Quística.