

FICHA TÉCNICA
CÓDIGO SAP: 040090068
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BÁSICO
UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): CENTRO QUIRÚRGICO
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - PEDIÁTRICOS
DEFINICIÓN FUNCIONAL
EQUIPO DEFINIDO COMO MESA QUE PERMITE REALIZAR INTERVENCIÓNES QUIRÚRGICAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES. ACCIONADO A TRAVÉS DE UN SISTEMA MECÁNICO Y/O HIDRAULICO PARA LOS CAMBIOS DE POSICIÓN Y MOVIMIENTOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENO
- A02 SUPERFICIE DE LA MESA TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
- A03 CON RIELES O DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN DE LOS COLCHONES PARA INTRODUCIR EL PORTA CHASIS DE RAYOS X
- A04 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL PARA EL USO DE INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (ARCO C)
- A05 PLACA APOYA PIERNAS DIVIDIDA EN 02 PIEZAS (UNA PARA CADA PIerna CON ANGULACIÓN DE SEPARACIÓN)
- A06 CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 200 kg

B COMPONENTES

- B01 TREDELENBURG 25º O MÁS
- B02 TREDELENBURG INVERSA 25º O MÁS
- B03 SECCIÓN ESPALDA HACIA ABAJO 40º O MÁS (ACCIONAMIENTO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO)
- B04 SECCIÓN ESPALDA HACIA ARRIBA 60º O MÁS (ACCIONAMIENTO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO)
- B05 INCLINACIONES LATERALES 15º O MÁS
- B06 SECCIÓN PIERNAS HACIA ABAJO 90º O MÁS (ACCIONAMIENTO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO)
- B07 SECCIÓN PIERNAS HACIA ARRIBA 0º O MÁS (ACCIONAMIENTO MECÁNICO Y/O HIDRÁULICO)
- B08 MOVIMIENTO ASCENDENTE HASTA 1000 mm COMO MÍNIMO RESPECTO AL SUELO (ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO)
- B09 MOVIMIENTO DESCENDENTE HASTA 760 mm O MENOS RESPECTO AL SUELO (ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO)

C ACCESORIOS

- El área usuaria podrá agregar algún accesorio y/o aditamento para la mesa de operaciones según sus necesidades y demanda.
- C01 UN (01) ARCO PARA ANESTESIA CON BARRAS DE EXTENSIÓN LATERAL CON FIJADOR A RIEL LATERAL
 - C02 DOS (02) APOYA BRAZOS, CON ALMOHADILLAS Y CORREA DE FIJACIÓN
 - C03 UN (01) APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICIÓN EN DECÚBITO LATERAL CON CORREA Y FIJADOR AL RIEL LATERAL
 - C04 DOS (02) SOPORTES LATERAL ACOLCHADO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL
 - C05 DOS (02) PIERNERAS DE GOEPAL ACOLCHADO, CON CORREA DE FIJACIÓN, CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA Y FIJADORES A LOS RIELES LATERALES
 - C06 DOS (02) FIJADORES RADIALES (GIRATORIOS) CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL RIEL LATERAL
 - C07 UN (01) PORTA CHASIS PARA PLACAS RADIOGRÁFICAS
 - C08 UN JUEGO COMPLETO DE COLCHONETAS LAVABLES Y TRANSPARENTES A LOS RAYOS X
 - C09 UN (01) CINTURÓN DE FIJACIÓN PARA EL PACIENTE
 - C10 UNA (01) CABECERA DESMONTABLE
 - C11 UN (01) CARRO-COCHE PORTA ACCESORIOS
 - C12 PLACA(S) APOYA PIES PARA POSICIÓN TREDELENBURG INVERSA
 - C13 MUÑEQUERAS: UN PAR PARA RIELES LATERALES



Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 hard
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 12.12.2025 10:01:38-0500



Firmado digitalmente por
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU
20131257750 soft
Motivo: Doy visto bueno.
Fecha: 18.12.2025 10:12:03-0500

FICHA TÉCNICA**CÓDIGO SAP: 040090068**

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BÁSICO

UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): CENTRO QUIRÚRGICO

TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - PEDIÁTRICOS

C14 (01) UNIDAD: APOYA CABEZA CON SISTEMA DE FIJACIÓN ARTICULABLE Y ANATOMICA (NO CONFUNDIRSE CON LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CABEZA DE LA PLACA DEL TABLERO)

C15 UN (01) PORTASUERO TELESCOPICO MULTIPLE

C16 DOS (02) APOYA HOMBRO CON FIJADOR AL RIEL LATERAL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES

D01 ELEVADOR DE RIÑON

D02 MOVIMIENTO FLEX

IETSI - ESSALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

29 DIC 2025**FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA**

Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 hard
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 12.12.2025 17:02:31-0500