

FICHA TÉCNICA	
<b>DENOMINACIÓN: RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO</b>	
<b>CÓDIGO SAP: 20201471</b>	
<b>UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)</b>	
Equipo utilizado en áreas asistenciales como pediatría, emergencia, cuidados intensivos, quirófano, entre otras áreas del tipo pediátrico. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud.	
<b>DEFINICIÓN FUNCIONAL</b>	
Dispositivo usado para ventilar y para oxigenar los pacientes en práctica médica, proporcionando volumen de aire con enriquecimiento opcional de oxígeno a los pulmones del paciente.	
<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b>	
<b>I</b>	<b>GENERALES</b>
I.1	Un (01) Resucitador manual pediátrico.
<b>II</b>	<b>COMPONENTES</b>
II.1	Una (01) Bolsa de silicona, con capacidad mínima de 400 ml y máxima de 1000 ml.
II.2	Dos (02) válvula de paciente tipo unidireccional o tipo pico de pato
II.3	Dos (02) válvula PEEP ajustable o fija para paciente pediátrico.
II.4	Dos (02) válvula de alivio con una presión máxima de apertura 45 cmH2O.
II.5	Seis (06) o más mascarillas de silicona para paciente pediátrico completamente transparente; tallas consideradas (1,2, y 3).
II.6	Esterilizable por vapor a 134°C
<b>III</b>	<b>ACCESORIOS</b>
<b>PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS</b>	
III.1	Un (01) estuche o maletín de transporte, para guardar ordenadamente todos los componentes mencionados en los literales anteriores.
<b>INSUMOS/CONSUMIBLES</b>	
Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.	
III.2	Cinco (05) manómetros de presión descartables, con rango de 0 a 60 cmH2O y pasos de 10 cmH2O.
III.3	Diez (10) tubos corrugados de reservorio de oxígeno desechables.
III.4	Diez (10) Tubos de conexión al balón de oxígeno desechables, con longitud mínima de 2 m.
III.5	Diez (10) Bolsas de reservorio de oxígeno desechables; capacidad mínima de 1500 ml.
<b>IV</b>	<b>REQUERIMIENTO DE ENERGÍA</b>
IV.1	No presenta



Firmado digitalmente por  
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU  
20131257750 hard  
Motivo: Soy el autor del documento.  
Fecha: 01.12.2025 09:19:38-0500



Firmado digitalmente por  
SAM ZAVALA Silvana Yanire FAU  
20131257750 soft  
Motivo: Doy visto bueno.  
Fecha: 01.12.2025 18:41:59-0500