

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030106132	Kit de detección de bandas Oligoclonales en LCR	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Kit o panel completo de reactivos, diseñado para la detección de bandas Oligoclonales de Inmunoglobulina G (IgG), en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor a seis (6) meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Isoelectroenfoque en gel de agarosa.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyentes de la muestra (si la metodología lo requiere), complementos (tubos o placas de reacción, puntas, pipetas, reactivos y otros de acuerdo a la metodología, que permita la realización completa de la prueba).</p> <p>Debe contener Kit o sistema de separación por el punto isoelectrónico de la proteína a partir de muestras de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) y un sistema de detección de acuerdo a la metodología que permita la realización completa de la prueba, de acuerdo al nivel de bioseguridad que corresponda.</p> <p>Material de impresión de resultado.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Líquido cefalorraquídeo (LCR)</p> <p>EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p>