

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030107292	Kit completo de reactivos para la detección de la proteína PD-L1 (Clon 22C3)	UN	III	<p>PRESENTACIÓN: Kit completo de reactivos, incluyendo el Anticuerpo Monoclonal Anti-PD-L1, Clon 22C3, diseñado para la detección inmunohistoquímica (IHC) cualitativa de la proteína PD-L1 a partir de muestras de tejido tumoral fijados en parafina (FFPE), en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor a doce (12) meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyentes de la muestra (si la metodología lo requiere), complementos (portaobjetos de control, puntas, pipetas, reactivos y otros de acuerdo a la metodología, que permita la realización de la prueba).</p> <p>Debe contener Kit o sistema de detección de la proteína PD-L1 (Anticuerpo monoclonal PD-L1) a partir de muestras de tejido tumoral humano y un sistema de detección de acuerdo a la metodología que permita la realización completa de la muestra, de acuerdo al nivel de bioseguridad que corresponda.</p> <p>Material de impresión de resultados.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Tejido tumoral humano.</p> <p>EQUIPO: El(es) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p>